



Kraków dnia 19.03.2014r

EZP-271-2/37/2014/p-2

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia meblowego w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr post. EZP-271-2/37/2014r

Pytanie 1

Odcinek X

Poz. 4 Stolik jezdny z dwoma półkami – ze stali nierdzewnej, szt. 1

Poz. 32 Stolik jezdny z dwoma półkami – ze stali nierdzewnej, szt. 1

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach: 625 x 425 x 800mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2

Poz. 28 Wózek-stelaż na worki, szt. 5

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: 660 x 485 x 950mm? Wózek zajmuje mniej miejsca, a jest tak samo funkcjonalny.



Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami o średnicy 75mm? Parametr wyższy od wymaganego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści pokrywy z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze czerwonym i niebieskim, jak w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści stelaż bez dodatkowej blokady kółek, ale z mechanizmem pedału skonstruowanym tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż? Takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 6

Poz. 42 Wózek-stelaż na worki, szt. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: 410 x 485 x 950mm?



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Zamawiający dopuszcza również.

30–663 Kraków

tel. centrala: +48 12 658 20 11

fax: +48 12 658 10 81

www.szpitalzdrowia.pl

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

XI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039390

NIP: 679-25-25-795

REGON: 351375886

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści stelaż bez dodatkowej blokady kółek, ale z mechanizmem pedału skonstruowanym tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż? Takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści pokrywę z wytrzymałego tworzywa ABS?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 9

Poz. 61 Wózek na brudną bieliznę, szt. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: 660 x 485 x 950mm? Wózek zajmuje mniej miejsca, a jest tak samo funkcjonalny.



Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami o średnicy 75mm? Parametr wyższy od wymaganego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści pokrywę z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze czerwonym i niebieskim, jak w SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści stelaż bez dodatkowej blokady kółek, ale z mechanizmem pedału skonstruowanym tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż? Takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza również.

Zamawiający modyfikuje formularz cenowy (GRUPA 2) załącznik nr 3/2 do SIWZ . W załączeniu poprawiony
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
inż. Jan Zasowski