

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 249718-2015 z dnia 2015-09-23 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu rocznego respiratorów servo i produkcji firmy MAQUET dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50.40.00.00-9 - Usługi...

Termin składania ofert: 2015-10-01

---

**Numer ogłoszenia: 258568 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 249718 - 2015 data 23.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6582011, fax. 012 6581081.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.1).
- **W ogłoszeniu jest:** Usługa przeglądu rocznego respiratorów Servo i..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Usługa przeglądu respiratorów Servo i w okresie 36 miesięcy..
  
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu rocznego respiratorów servo i produkcji firmy MAQUET dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50.40.00.00-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 3 do SIWZ 3.4. Przegląd powinien obejmować wymianę niezbędnych elementów wymaganych przez producenta przy przeprowadzaniu przeglądu rocznego. 3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.5. Usługa przewidziana w przedmiotowym postępowaniu, musi być realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania. 3.6. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno - pomiarowej, narzędzi i materiałów. 3.7. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy, 2) wystawienia świadectwa/certyfikatu sprawności urządzenia, z określeniem terminu następnego przeglądu, 3) wypełnienie paszportu technicznego sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.). 3.8. Przedmiot zamówienia musi być realizowany z zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.), wymogami producenta (instrukcje,

standardy, normy) aparatury / sprzętu medycznego, obowiązującymi normami, określonymi w odrębnych przepisach, w tym przepisach BHP i ppoż. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom...

- **W ogłoszeniu powinno być:** 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu respiratorów servo i w okresie 36 miesięcy dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50.40.00.00-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 3 do SIWZ 3.4. Przegląd powinien obejmować wymianę niezbędnych elementów wymaganych przez producenta przy przeprowadzaniu przeglądu w okresie 36 miesięcy. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego autoryzację do wykonywania prac serwisowych oraz informacji o strukturze serwisu Wykonawcy, ze wskazaniem lokalizacji punktów serwisowych (w Polsce) oraz liczby pracowników serwisowych. 3.6. Wymagany okres niezmienności cen jednostkowych netto 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 3.7. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.5. Usługa przewidziana w przedmiotowym postępowaniu, musi być realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania. 3.6. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno - pomiarowej, narzędzi i materiałów. 3.7. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy, 2) wystawienia świadectwa/certyfikatu sprawności urządzenia, z określeniem terminu następnego przeglądu, 3) wypełnienie paszportu technicznego sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.). 3.8. Przedmiot zamówienia musi być realizowany z zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.), wymogami producenta (instrukcje, standardy, normy) aparatury / sprzętu medycznego, obowiązującymi normami, określonymi w odrębnych przepisach, w tym przepisach BHP i ppoż. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.2).
- **W ogłoszeniu jest:** CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14..
- **W ogłoszeniu powinno być:** CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: .36.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2015 godzina 10:45, miejsce: siedziba Zamawiającego pok. 2h-06b..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2015 godzina 10:45, miejsce: siedziba Zamawiającego pok. 2h-06b..