

Kraków, dnia 4 kwietnia 2017 roku.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: EZP-271-2-7/2017

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie 1 - Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 9

Zy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych? Obecna konstrukcja znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy PZP: decyzja co do podziału zamówienia na określoną ilość części należy do zamawiającego. Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, jednakże jego swoboda jest ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja (co do podziału zamówienia i na ile części) nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorcom. W przedmiotowym postępowaniu konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów (zwłaszcza przedsiębiorcom małym i średnim), umożliwia złożenie tylko jednej oferty (konkretnego wykonawcy) i naraża tym samym Zamawiającego na niegospodarne wydatkowanie środków publicznych. **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 2 – Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 1, 1-17,23

Czy Zamawiający dopuści cewniki, maski z drenem o długości 210 cm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 3 – Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowej 150-1500 ml, spełniający pozostałe wymagania? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4 – Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowej 150-300 ml o objętości 12 ml, spełniający pozostałe wymagania? **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 5 – Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowej 70-150 ml o objętości 8 ml, wadze 8g, spełniający pozostałe wymagania? **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 6 – Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 12-13

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii dla noworodków z regulowanym mocowaniem w dwóch miejscach, na skroniach (jak na zdjęciu), w kształcie litery Y, dla obwodu głowy 20-25 cm (+/-2cm), 26-32 cm (+/-2 cm), 33-38 cm (+/-2cm)? **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 7 – Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 2-3, 18-20, 24-25

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, gdyż obecna konstrukcja umożliwiła złożenie oferty przetargowej znacznie ograniczonej liczbie wykonawców. **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 8 –Dotyczy: Zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 – medyczny sprzęt jednorazowego użytku – Grupa 1, poz. 1 dopuści dotychczas używane rurki tracheostomijne bez mankietu w rozmiarze: od 3,0 do 9,0 ze zmianą co 1 mm oraz 7,5 i 8,5 spełniające pozostałe wymogi SIWZ? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 9 – Dotyczy: Zadanie nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 – medyczny sprzęt jednorazowego użytku – Grupa 1, poz. 3 dopuści dotychczas używane rurki intubacyjne bez mankieta w rozmiarze: od 2,5 do 9,0 ze zmianą co 0,5 mm spełniające pozostałe wymogi SIWZ? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 10 – Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego pediatrycznego o objętości wewnętrznej 29 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Taki filtr jest obecnie dostarczany do Państwa szpitala. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 11 – Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego neonatologicznego o oporze przepływu 0,6cm H₂O przy 5l/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Taki filtr jest obecnie dostarczany do Państwa szpitala. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 12 – Dotyczy Zadanie nr 2 poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koca grzewczego dla dzieci dwuwarstwowego z materiału składającego się z wewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych do aparatu WarmTouch. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Takie koce są obecnie dostarczane do Państwa szpitala. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 13 – Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koca grzewczego dla dorosłych dwuwarstwowego z materiału składającego się z wewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych do aparatu WarmTouch. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Takie koce są obecnie dostarczane do Państwa szpitala. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 14 – Dotyczy: Zadania nr 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z niskociśnieniowym mankiem dużej objętości do intubacji przez usta, wstępnie ukształtowana do operacji głowy i szyi, specjalnie ukształtowana końcówka kapturowa, linia RTG na całej długości okienko Murphy'ego, sterylna rozmiar 4,0-9,0mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Takie rurki są obecnie dostarczane do Państwa szpitala. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 15 – Dotyczy: Zadania nr 3 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej do przedłużonej wentylacji z mankiem w kształcie stożka ograniczającym ryzyko mikroaspiracji z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgośniowe w rozmiarze 6,0-9,0mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Takie rurki są obecnie dostarczane do Państwa szpitala. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**


Pytanie 16 – Dotyczy: Zadania nr 3 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek tracheostomijnych dla noworodków, bez mankieta, kołnierz o zmniejszonym kącie ułatwiający dopasowanie, specjalne zagłębienie na kołnierzu zapewniające lepsze dopasowanie i komfort pacjenta, wszystkie elementy rurki wykonane z jednego odlewu, sterylne, w rozmiarze 3,0-4,5mm (3.5NEO, 4.0NEO, 4.5NEO). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Takie rurki są obecnie dostarczane do Państwa szpitala. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 17 – Dotyczy: Zadania nr 3 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej z mankiem, specjalne zagłębienie na kołnierzu zapewniające lepsze dopasowanie i komfort pacjenta, sterylna, rozmiar 4,0–5,5 (4.0PDC, 4.5PDC, 5.0PDC, 5.5PDC). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Takie rurki są obecnie dostarczane do Państwa szpitala. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

ZATWIERDZAM



Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Iek.med. Andrzej Bałaga