

Kraków, 07.09.2017r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: EZP-271-2/93/2017

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów medycznych 1 x użytku – 5 grup** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie 1 dotyczy grupa 2 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z Kompletem pościeli jednorazowy, niejałowy, miękki, przyjemnym dla skóry, lekkim, oddychającym, wykonany z włókniny z trójwarstwowego polipropylenu SSS 18g/m². Wyrób medyczny pakowany pojedynczo w torebkę z folii PE, posiadającą na stałe przymocowana etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności, nazwa producenta.

Rozmiar: poszwa 160 x 210 cm, poszwa na poduszkę- 90-80 cm, prześcieradło- 160 cm x 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2 dotyczy grupa 2 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z Prześcieradłem jednorazowym wykonanym z miękkiej, oddychającej, przyjemnej dla skóry włókniny, z trójwarstwowego polipropylenu SSS 18g/m². Wyrób medyczny pakowany pojedynczo w torebkę z folii PE, posiadającą na stałe etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN A1 2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności, nazwa producenta.

Rozmiar 160 cm x 210 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3 dotyczy grupa 2 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający ze względu na zastosowanie pościeli jednorazowej u pacjentów, którzy mają obniżoną odporność, wymaga, żeby pościel jednorazowa posiadała dokument potwierdzający czystość mikrobiologiczną wystawiony przez uprawnioną do tego jednostkę? Dokument potwierdzający czystość mikrobiologiczną, daje Zamawiającemu pewność, braku obecności drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi.

Czy Zamawiający wymaga żeby pościel posiadała szwy ultradźwiękowe, które zapewniają ciągłość materiału oraz tworzą barierę przed przenikaniem cieczy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5 dotyczy grupa 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z jednorazowym niesterylnym podkładem wysokochłonny pod pacjenta przeznaczony na blok operacyjny składającego się z warstwy podkładu od strony stołu operacyjnego wykonanego z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego białego

laminatu ; rdzeń chłonny po zaabsorbowaniu płynów, suchy na powierzchni po maksymalnie 5 minutach; nośność > 190 kg; warstwa podkładu „od pacjenta” trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny, wymiar całkowity podkładu 100x230 cm, strefa absorbcyjna 90x210 cm, absorbcja 4000 ml? Wyrób medyczny, pakowany pojedynczo w torebkę z foli PE, posiadającą na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, etykieta zawierająca następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności, nazwa producenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.


Zamawiający przesługuje termin składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.09.2017r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 22.09.2017r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk.pl

Kierownik
Sekcji ds. Zamówień Publicznych

mgr Robert Kochański