



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wszeńska 263, 30-663 Kraków
Tel. centralna: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-35-25-798, REGON: 35135886

Kraków, dnia 27 października 2017r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ IV DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: EZP-271-2-113/2017

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę urządzeń i aparatury medycznej**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (znak sprawy j.w.), wpłynęły od wykonawców zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Pytanie nr 1: Zadanie nr 7 – Aparat do znieczulenia ogólnego – 4 szt. – Załącznik nr 3/7 do SIWZ, Czy Zamawiający będzie wymagał trzech aparatów do znieczulenia kompatybilnych z systemem S/5?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 25 października 2017r., Zamawiający dopuścił zaofiarowanie aparatów niekompatybilnych z systemem S/5. Zatem wykonawca - według własnego wyboru może złożyć ofertę na 4 aparaty kompatybilne z systemem S/5, albo 4 aparaty niekompatybilne z przedmiotowym systemem.

Kierownik
Sekcji ds. Zamówień Publicznych
Robert Kochański
mgr Robert Kochański