



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 638-20-11, Faks: (12) 638-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-26-25-795, REGON: 351375856

Kraków, dnia 22 lutego 2018r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: EZP-271-2-3A/2018

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników do diagnostyki zakażeń wirusami EBV, HSV, Rubella, T.gondii, M.pneumoniae, Borrelia wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej z niezbędnym wyposażeniem**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (znak sprawy j.w.), wpłynęły od wykonawców zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Zadanie 1 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą immunoanalizatora z niezbędnym wyposażeniem.

Pytanie 1 – Dotyczy terminu ważności odczynników

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z minimum 4 miesięcznym terminem ważności po dostawie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – Dotyczy terminu dostawy jednostkowych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia? Dostawy są realizowane z magazynu producenta, co pozwala na zaoferowanie najdłuższych terminów ważności poszczególnych odczynników.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 – Dotyczy projektu umowy dostawy paragraf 4 ust. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie wystawiania jednej faktury za miesięczne dostawy pod warunkiem składania przez Zamawiającego zbiorczego miesięcznego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczy projektu umowy dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną? Jeżeli tak, to prosimy o podanie adresu email, na który takie dokumenty będą mogły być wysłane?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faksim: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-793, REGON: 351375226

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści dołączenie w trakcie procedury przetargowej instrukcji obsługi oferowanych urządzeń oraz ulotek odczynnikowych w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD, a wersję papierową Wykonawca dostarczy podczas instalacji urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Czy w przypadku konieczności dołączania/przesyłania drukowanych wersji instrukcji i ulotek Zamawiający wyrazi zgodę na podpisywanie załącznika tylko na pierwszej stronie ze wskazaniem których stron podpis dotyczy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 – dotyczy Załącznik nr 3/3 do SIWZ dla Zadania I punkt 4., projektu umowy dzierżawy Paragraf 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas naprawy w 5 dni w tygodniu w dni robocze, a czas przystąpienia do naprawy nie przekroczy 24 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 – dotyczy projektu umowy dzierżawy Paragraf 4 ust. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas usunięcia usterki nie przekroczy 48 godzin e dni robocze od zgłoszenia usterki? Części serwisowe czasem trzeba zamówić u producenta poza Polską. Czas 48 godzin w dni robocze jest wystarczający na transport części zamiennych niezbędnych dla inżynierów serwisu do przeprowadzenia niezbędnych napraw analizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie 9 – dotyczy projektu umowy dzierżawy Paragraf 5 ust. 3.

Prosimy o potwierdzenie, że okres dzierżawy, zgodnie z zapisami SIWZ ma wynosić 48 miesięcy, licząc od daty instalacji urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk.pl


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Lek. med. Andrzej Bałaga