

Kraków, 07.03.2018r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: EZP-271-2/12/2018 p.1**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę obłożeń pól operacyjnych i odzieży operacyjnej** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

**Pytanie 1 dotyczy grupy 1 poz. 18**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów z włókniny SMMMS, wiązanych z tyłu na 4 troki, długość dla rozmiaru L 130cm (+/-2 cm), pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 2 dotyczy grupy 1 poz. 19**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów z włókniny SMMMS, wiązanych z tyłu na 4 troki, długość dla rozmiaru XL 140cm (+/-2 cm), pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 3 dotyczy grupy 1 poz. 18-19**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 4 dotyczy załącznika nr 3 do siwz poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowego pola operacyjnego do laparotomii spełniającego wymagania SIWZ jednakże posiadającego w swoim składzie 1 uchwyt Velcro 2x23cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 5 dotyczy załącznika nr 3 do siwz poz.10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety na stolik Mayo spełniającej wymagania SIWZ jednakże o wadze podstawowej całości obłożenia 90 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 6 dotyczy załącznika 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, sztywnikiem i portem do podłączenia drenów

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 7 dotyczy załącznika nr 3 poz. 2, 24**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 8 dotyczy załącznika nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyne, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne.
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 9 dotyczy załącznika nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 10 dotyczy załącznika nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 50 x 70cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 11 dotyczy załącznika nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90

Pozostałe części składowe zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 12 dotyczy załącznika nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

Pozostałe części składowe zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 13 dotyczy załącznika nr 3 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 14 dotyczy załącznika nr 3 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 15 dotyczy załącznika nr 3 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 16 dotyczy załącznika nr 3 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 80 x 140cm (łączna gramatura 80g/m<sup>2</sup>) – złożona z folii PE 50g/m<sup>2</sup> + włókniny 30g/m<sup>3</sup> (50% wiskoza + 50% poliester)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 17 dotyczy załącznika nr 3 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150cm x 180cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 18 dotyczy załącznika nr 3 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym i wymiarach 60 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 19 dotyczy załącznika nr 3 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny dwuwarstwowej, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 20 dotyczy załącznika nr 3 poz. 14-15**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 40 x 30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 21 dotyczy załącznika nr 3 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x 80cm, o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, pakowana z 1 sztuką taśmy samoprzylepnej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 22 dotyczy załącznika nr 3 poz. 18-19**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na 2 pary troków w pasie i zapinane za rzep przy szyi, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 23 dotyczy załącznika nr 3 poz. 18, 20**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L- długość fartucha 128cm (+/-3cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 24 dotyczy załącznika nr 3 poz. 19, 21, 22**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL- długość fartucha 138cm(+/-3cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 25 dotyczy załącznika 3 poz. 20-22**

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze standardowym rękawem o kroju prostym, wiązany na 2 pary troków w pasie i zapinane za rzep przy szyi?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 26 dotyczy załącznika nr 3 poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie 38g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 27 dotyczy załącznik nr 3, poz. 23**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, ze wzmocnieniem nieprzemakalnym na całej długości fartucha i na przedramionach na stronie zewnętrznej o gramaturze 57g/m<sup>2</sup> – łączna gramatura w strefie wzmocnienia – 92g/m<sup>2</sup>, rękaw – krój prosty, rozmiar XXL – długość 154cm (+/-3cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 28 dotyczy załącznika nr 3**

Prosimy o odstąpienie od wymogu certyfikatu walidacji procesu sterylizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dopisuje w Rozdziale VI pkt 5 ppkt 8 certyfikat walidacji procesem sterylizacji dotyczy poz. 1-24.**

**Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.**

**Nowy termin składania ofert: 19.03.2018r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b**

**Nowy termin otwarcia ofert: 19.03.2018r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b**


Jednocześnie, Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie opublikowane na stronie internetowej pod adresem <http://www.szpitalzdrowia.pl/oszpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/>, niezwłocznie po publikacji w suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej:

<http://www.szpitalzdrowia.pl/oszpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/>

Z poważaniem

Kierownik  
Sekcji ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr Robert Kochański