

głoszenie nr 500092720-N-2018 z dnia 26-04-2018 r.

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 548330-N-2018

Data: 2018-04-20

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35137588600000, ul. ul. Wielicka 265, 30663 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 582 011, e-mail usd_zp@inetrria.pl, faks 126 581 081.

Adres strony internetowej (url): www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie: Usługa serwisu systemu sali hybrydowej dla aparatów Arts Biplane, Axiom Sensis Combo 64 IECG, oraz systemów Syngo X – WP, Syngo.via

W ogłoszeniu powinno być: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie: Usługa serwisu systemu sali hybrydowej dla aparatów Arts Biplane, Axiom Sensis Combo 64 IECG, oraz systemów Syngo X – WP

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.1)

W ogłoszeniu jest: Usługa serwisu systemu sali hybrydowej dla aparatów Arts Biplane, Axiom Sensis Combo 64 IECG, oraz systemów Syngo X – WP, Syngo.via

W ogłoszeniu powinno być: Usługa serwisu systemu sali hybrydowej dla aparatów Arts Biplane, Axiom Sensis Combo 64 IECG, oraz systemów Syngo X – WP

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia stanowi usługa serwisu systemu sali hybrydowej dla aparatów Arts Biplane, Axiom Sensis Combo 64 IECG, oraz systemów Syngo X – WP , Syngo.via. Szczegółowe wymagania do-tyczące przedmiotu zamówienia i jego zakres zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy , Załącznik nr 3 do SIWZ – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia stanowi usługa serwisu systemu sali hybrydowej dla aparatów Arts Biplane, Axiom Sensis Combo 64 IECG, oraz systemów Syngo X – WP Szczegółowe wymagania do-tyczące przedmiotu zamówienia i jego zakres zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy , Załącznik nr 3 do SIWZ – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-30, godzina: 10:45,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-04, godzina: 10:45,