Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Kraków, dnia 2 lipca 2018 roku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: EZP-271-2-34/2018

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę gazów technicznych, gazów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń do podaży tlenku azotu oraz zbiorników na tlen ciekły**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie 1

Czy zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć wraz z ofertą instrukcję obsługi oferowanego urządzenia do podaży tlenku azotu.

Jest to zgodne z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp, które odsyła wprost do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

§ 13. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

Odpowiedź: Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań opisanych przez zamawiającego składa dokumenty wymienione w pkt. 10 rozdziału VI SIWZ, a także opisy oferowanych urządzeń w formie folderów, katalogów lub kart technicznych opracowanych przez producenta oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania dzierżawy używanego zbiornika tlenu ciekłego wyprodukowanego wcześniej niż w 2018 roku, o parametrach technicznych nie gorszych niż te opisane w poz. IV Załącznika nr 3/2 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu i dopuszcza zaoferowanie zbiornika tlenu ciekłego wyprodukowanego przed 2018r.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie do podaży tlenku azotu INOmax DSiR (poniżej zamieszczone parametry), jako urządzenie stacjonarne i mobilne, współpracujące z butlami o stężeniu tlenku azotu 800ppm, wraz z dopuszczeniem produktu leczniczego INOmax 800 ppm? Proponowane urządzenie jest równoważne, o tożsamych, porównywalnych lub lepszych parametrach pracy do urządzenia, które jest wymienione w SIWZ. Urządzenie posiada system główny oraz drugi, pneumatyczny, niezależny system podawania do zastosowania na krótki czas lub w transporcie pacjenta, dlatego też może pełnić funkcję stacjonarną lub mobilną w zależności od potrzeb zamawiającego. Wspomniany drugi system - Inoblender, może stanowić urządzenie zapasowe (zamontowane z systemem głównym) lub też jako niezależne urządzenie mobilne

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o parametrach wskazanych przez wykonawcę. Przede wszystkim Zamawiający nie dopuszcza stężeń tlenku azotu wyższych od 400-450 ppm. Ponadto Zamawiający wymaga automatycznego przełączania zasilania butli podstawowej i rezerwowej oraz pełnej synchronizacji i automatycznej komunikacji z posiadanymi respiratorami.

Pytanie 4

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i rezygnację z wymogu przedstawienia referencji za wykonane dostawy od podmiotu będącego aktualnym dostawcą. Przez posiadanie odpowiedniego doświadczenia należy rozumieć umiejętności zdobyte i ugruntowane w ogóle w trakcie praktyki, ale niekoniecznie zdobyte podczas realizacji zamówień o konkretnej wartości. Opis

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

warunków udziału w postępowaniu, a w tym przypadku wiedzy i doświadczenia, dokonany przez Zamawiającego, ma służyć zapewnieniu wyboru Wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia, a najlepszą rekomendacją jest dobra opinia o aktualnym dostawcy. Z takiego rozwiązania korzystają Zamawiający w postępowaniach na dostawy gazów medycznych, ze względu na zróżnicowany czas trwania umów (12-48 m-cy), a także asortyment w zależności od profilu i potrzeb placówki.
Ponadto w zakresie pakietu nr 1 tylko jeden Wykonawca na rynku może dysponować referencjami spełniającymi wymagania SIWZ. Brak zgody Zamawiającego uniemożliwi Wykonawcy udział w postępowaniu, a tym samym ograniczy konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi stosowną modyfikację w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 5
Czy przez termin realizacji poszczególnych dostaw 48 h dla zamówień standardowych i 24 h dla zamówień pilnych, Zamawiający miał na myśli realizację dostaw w dni robocze. Wg naszej wiedzy brak jest możliwości odbioru towaru ze strony Zamawiającego w dni ustawowo wolne od pracy. Ponadto zapis dotyczy również gazów technicznych, których wykorzystuje się w procesie leczenia, a termin ich dostawy można zaplanować z wyprzedzeniem.
Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, iż terminy realizacji poszczególnych dostaw odnoszą się do dni roboczych. Jednocześnie Zamawiający wprowadzi stosowne zmiany w treści siwz uwzględniające różne terminy dostaw w poszczególnych Grupach (Zadaniach).

Pytanie 6
Dotyczy zapisu SIWZ Rozdział VI, punkt 10.1
Czy wymagania z punktu 10.1 dotyczą oferowanych w postępowaniu wyrobów medycznych? Jeżeli tak, to proszę na zmianę wymagań zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj. na wymóg oświadczenia o posiadaniu zgłoszenia/powiadomienia/wpisu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Deklaracji Zgodności i Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej. Wprowadzenie wyrobu medycznego na rynek wymaga dokonania zgłoszenia/powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który na tej podstawie dokonuje wpisu wyrobu medycznego. Tym samym wyrób medyczny może być używany w Polsce na podstawie zgłoszenia/powiadomienia/wpisu w URPLWMiPB. Deklaracja Zgodności, Certyfikat Jednostki Notyfikowanej są natomiast dokumentami potwierdzającymi zgodność wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi dla danej klasy/rodzaju wyrobu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dokumenty wymienione w pkt. 10 ppkt. 1 Rozdziału VI SIWZ dotyczą wyrobów medycznych. Jednocześnie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 7
Dotyczy zapisu SIWZ Rozdział VI, punkt 10.3
Czy pisząc, w odniesieniu do tlenu medycznego ciekłego i sprężonego o „specyfikacji produktu", Zamawiający miał na myśli Charakterystykę Produktu Leczniczego, która jest dokumentem określającym w punktach 2 i 6.1, skład ilościowy i jakościowy produktu oraz zgodność z Farmakopeą Europejską..
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dokumenty wymienione w pkt. 10 ppkt. 1 Rozdziału VI SIWZ dotyczą wyrobów medycznych. Jednocześnie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 8
Bardzo proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń o parametrach technicznych z tabeli „Parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe urządzeń", czy też będą podlegały one ocenie. W obecnej sytuacji występuje sprzeczność zapisów, ponieważ niezgodność z parametrami wymaganymi jest niezgodnością z SIWZ, a tym samym oferty niezgodne z SIWZ podlegają odrzuceniu. Proszę o skonsultowanie z użytkownikami końcowymi, czy zaoferowanie wymogu automatycznego przełączania butli i opróżniania butli do poziomu max. 3 bar jest wymogiem koniecznym i niespełnienie wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Automatyczne przełączanie butli z butli podstawowej na butlę zapasową bez przerwy w pracy urządzenia i działań personelu medycznego jest gwarancją bezpieczeństwa pacjentów i pozwala na uniknięcie tzw. „efektu z odbicia" będącego zagrożeniem życia dla pacjenta. Ogranicza również konieczność dodatkowych działań personelu medycznego, pozwalając skupić się na pacjencie i prowadzonej terapii, czym zwiększa komfort pracy i bezpieczeństwo pacjentów. Opróżnianie butli do poziomu max. 3 bar pozwala na racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie produktu. Butla 10l/155 bar 614 000 ppm NO, pozostawienie 14 bar- zostaje 55 458 ppm NO, co stanowi 9,03% zawartości

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-30-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Butla 11l/200 bar 945 000 ppm NO, pozostawienie 3 bar- zostaje 14 175 ppm NO, co stanowi 1,50% zawartości
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od kryterium jakości w zakresie Grupy I. Jednocześnie Zamawiający wprowadzi stosowną modyfikację treści siwz w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 9
Czy mając na uwadze termin wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby wszystkie gazy medyczne sprężone tj. tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny, dwutlenek węgla do laparoskopii oraz tlenek azotu w azocie miały termin ważności 36 miesięcy? Zapewnia to bezpieczne użytkowanie w zapasowych urządzeniach medycznych, gdzie rzadko następuje wymiana butli i minimalizuje ryzyko podania produktu leczniczego/wyrobu medycznego po dacie ważności.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 36 miesięcznego terminu ważności gazów medycznych.

Pytanie 10
Czy wymogiem Zamawiającego jest dostawa tlenku azotu o stężeniu 400-450 ppm w butlach o pojemnościach wodnych od 5-20 litrów, w tym butle o pojemności wodnej 11l i zawartości przy stężeniu 450 ppm, 945 tys. ppm NO? Wg naszej wiedzy Zamawiający wykorzystuje również takie butle, a nie zostały one uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia..
Odpowiedź: Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w powyższym zakresie i wymaga zaoferowania tlenku azotu w butlach o pojemności 5-20 L, ciśnieniu 155-200 bar, stężeniu tlenku azotu 400-450 ppm.

Pytanie 11
Proszę o podanie minimalnych i maksymalnych wymiarów butli tlenku azotu wykorzystywanych do celów transportowych, zgodnie z wymiarami wyposażenia karetek?
Odpowiedź: Zamawiający w celach transportowych będzie wykorzystywał butle o pojemności 5 L.

Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, z grupy 1, poz. 4, wyprodukowanego w 2014 roku?
Odpowiedź: Z uwagi na przewidywany okres realizacji zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016r. tj. nie starszych niż 5 lat na koniec okresu realizacji zamówienia.

Pytanie 13
Czy dla urządzenia grupa 1, poz. 4:
- Podczas podaży rozdzielczość stężenia tlenku azotu ma być nie gorsza niż 0,1-99,9 ppm,
- Podczas monitorowania wdechowego stężenia tlenku azotu rozdzielczość ma być nie gorsza niż 0,1 ppm dla zakresu stężenia 0-100 ppm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia o rozdzielczości stężenia tlenku azotu nie gorszej niż 0,1-99,9 ppm podczas podaży oraz podczas monitorowania wdechowego stężenia tlenku azotu wynoszącej 0,1 ppm dla zakresu stężenia od 0 do 100 ppm.

Pytanie 14
Czy w opisie urządzenia z grupy 1, poz. 5 w pkt. 3.7 Zamawiający miał na myśli, opróżnianie butli do poziomu nie wyższego niż 3 bar?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga opróżniania butli do poziomu nie wyższego niż 3 bar.

Pytanie 15
Proszę o wykreślenie następujących zapisów z tabeli „Parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe urządzeń" grupa 1, poz. II , opisu urządzenia, grupa 1, poz. 4.:
- Wymóg monitorowania stężenia O2
- Wymóg kalkulatora gazu
- Wymóg czujnika przepływu dedykowanego do neonatologii w zakresie od 0,25- 40l/min
- Wymóg gwarancji przez okres dzierżawy
- Minimalny zakres dostarczanego stężenie NO: 0-80 ppm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę i wprowadzi stosowną modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-16-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Pytanie 16

Czy w opisie urządzenia z grupy 1, poz. 5 w pkt. 3.4 Zamawiający miał na myśli rozdzielczość pomiaru stężenia NO2 nie gorszą niż 0,1 ppm w zakresie 0-30 ppm?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza..

Pytanie 17

Proszę zmianę następujących zapisów z tabeli „Parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe urządzeń" grupa 1, poz. III , opisu urządzenia, grupa 1, poz. 5, pkt. 3.4:

- Komunikacja automatyczna (cyfrowa) z posiadanymi przez zamawiającego respiratorami (w tym wysokoprzepływowymi): SERVO-i/s, SERVO-U/n, Dräger Evita 4/XL, DrägerBabylog 8000, Dräger Evita V500, DrägerBabylog VN500, SERVO 300;
- Komunikacja automatyczna poprzez czujnik przepływu dla respiratorów niekomunikujących się cyfrowo z urządzeniem;

Na zapis:

- Komunikacja automatyczna ze wszystkimi typami respiratorów poprzez czujnik przepływu o zakresie 0,25-40 l/min

a w pkt. 3.6 na zmianę zapisów:

- Interfejs w języku angielskim
- Czytelny kolorowy wyświetlacz,
- Ekran dotykowy, regulacja na w pełni dotykowym ekranie i regulacja rezerwowego systemu za pomocą pokrętła
- Transfer danych poprzez port USB

Na zapis:

- Interfejs w języku polskim
- Regulacja za pomocą pokręteł i przycisków;
- Wyświetlacz o rozdzielczości nie gorszejniż 64x240 pikseli;

oraz wykreślenie zapisu

- Wymóg gwarancji przez okres dzierżawy WYDZIERŻAWIAJĄCY ODPOWIADA ZA SPRAWNOŚĆ TECHNICZNĄ URZĄDZEŃ PRZEZ CAŁY OKRES DZIERŻAWY.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę.

Pytanie 18

Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie z grupy 1, poz. 5 było wyposażone w tzw. „kalkulator gazu" pozwalający określić , na jaki okres czasu wystarczy tlenku azotu przy zadanych parametrów terapii (ilość ppm, przepływ w l/min z respiratora), co daje wysoki poziom bezpieczeństwa wraz z dużym komfortem pracy dla personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia z kalkulatorem gazu..

Pytanie 19

Dotyczy grupy 1 poz. 3, tabela „Parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe urządzeń". Czy zamawiający wymaga, aby mobilne urządzenia miały wymiary nie większe niż 85x220x80 mm oraz wagę nie większą niż 1,3 kg i aby miały możliwość zamontowania na butli bez konieczności używania dodatkowych wózków/stojaków?

Odpowiedź: Zamawiający z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w posiadanej karetce neonatologicznej wymaga zaoferowania urządzeń o wymiarach nie większych niż 85x220x80 mm z możliwością zainstalowania na butli bez konieczności stosowania wózków lub stojaków.

Pytanie 20

Czy ze względu na wyposażenie karetki typu „N" zamawiający wymaga, aby monitoring do urządzenia mobilnego posiadał wymiary nie większe niż 240x210x140 mm oraz wagę nie większą niż 4 kg wraz z bateriami.

Odpowiedź: Zamawiający z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w posiadanej karetce neonatologicznej wymaga zaoferowania monitoringu o wymiarach nie większych niż 240x210x140 mm i wadze nieprzekraczającej 4 kg wraz z bateriami.

Pytanie 21

Dotyczy grupy 2, tabeli „Parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe urządzeń", poz. 4.1 i 5.1, 4.10, 5.10, 4.4, 5.11

Proszę o zmianę zapisu w poz. 4.1 i 5.1 o treści „Produkcja 2018r. Zbiornik fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany" na zapis dla pozycji 4.1 „zbiornik wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010r.", dla pozycji 5.1 „zbiornik

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Fax: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-35-795, REGON: 351375886

wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r." oraz wykreślenie zapisów z punktów 4.10, 5.10, 4.4 i 5.11 o treści „Gwarancja przez cały okres dzierżawy", „Stacja redukcji tlenu medycznego na 24 butle B50/200 barm jako rezerwowe źródło zaopatrzenia", „kalibracja nie częściej niż co 3 miesiące." Stanowisko wykonawcy wynika z faktu, iż użyty przez zamawiającego w pozycji 4.1 i 5.1 zapis ogranicza konkurencję i ma uzasadnienie jedynie w przypadku, gdyby przedmiotem zamówienia był zakup zbiornika, a nie jego dzierżawa. W przypadku zbiorników kriogenicznych stacjonarnych i przewoźnych, czas użytkowania bez potrzeby remontu wynosi około 20 lat, tym samym zbiornik wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010 roku jest urządzeniem ciśnieniowym sprawnym i technologicznie nowym. Za jego sprawność i bezawaryjne działanie odpowiada wykonawca. Ponadto urządzenia podlegają corocznym kontrolom Urzędu Dozoru Technicznego, co gwarantuje ich bezpieczne użytkowanie. Zapisy o gwarancji miałyby uzasadnienie jedynie przy zakupie zbiorników, a nie ich dzierżawie. Sprawność działania zbiorników gwarantują zapisy punktów 4.9 i 5.9. Zapisy z punktów 4.4 i 5.11 pojawiły się chyba omyłkowo w tabelach, ponieważ nie znajdują odzwierciedlenia w kalkulacji cenowej, jak i projekcie umowy. Ponadto zbiorniki przewoźne nie podlegają kalibracji

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i wprowadzi stosowną modyfikację treści siwz.

Pytanie 22

Czy Zamawiający posiada własny zbiornik na tlen medyczny ciekły?"

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23

Czy w poz. 1, tlen medyczny w butli stalowej 1,6m3 (10l) Zamawiający dopuści zaoferowanie tlenu medycznego w butli stalowej 10l o ciśnieniu 200 bar i zawartości 2,1 m3 z przeliczeniem ilości butli w stosunku do zapotrzebowanego gazu i dokonaniem stosownej zmiany w formularzu asortymentowo cenowym w poz. 1, wg poniższego wyliczenia, a w pozycji transport butli odjęcia 60 sztuk? Ilość butli wyliczona z zaokrągleniem „w górę".255 butle x 1,6 m3= 408 m3 408 m3 / 2,1 m3= 194,28 butli ≈ 195 butli. Proponowane rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na zredukowanie ilości dzierżawionych butli, a także obniżenie kosztów dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i wprowadzi stosowną modyfikację treści siwz.

Pytanie 24

Czy w poz. 4 i 5 tlen medyczny w butli ze stopu aluminium z zaworem zintegrowanym, wymogiem Zamawiającego jest, aby butle wyposażone były w wyświetlacz, dający możliwość dokładnej zawartości butli w „litrach" i aby była możliwość odczytu czasu pozostałego do końca pracy butli przy zadanym przepływie oraz potwierdzenia tego ulotką/ specyfikacją butli dołączoną do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania butli z zaworem zintegrowanym oraz wyposażonych w wyświetlacz.

Pytanie 25

Czy dla bezpieczeństwa prowadzonej tlenoterapii, w poz. 4 i 5 tlen medyczny w butli ze stopu aluminium z zaworem zintegrowanym, Zamawiający wymaga, aby oferowane butle posiadały dwustopniowy system alarmowy tj. sygnał dźwiękowy przy opróżnieniu butli do poziomu 25% zawartości i kiedy pozostaje 15 min. tlenoterapii przy zadanym przepływie i potwierdzenia tego ulotką/ specyfikacją butli dołączoną do oferty?

Rozwiązanie takie pozwala na bezpieczne prowadzenie tlenoterapii i stanowi pomoc dla personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania butli z zaworem zintegrowanym.

Pytanie 26

Czy w poz. 16 „transport butli" jednostką miary jest „butla"?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza..

Pytanie 27

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów i wymiarów podstawy oferowanego zbiornika przewoźnego z części 2, poz. 13, specyfikacją techniczną/ulotką dołączoną do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia spełniania parametrów zbiornika szczegółowym opisem zaoferowanego przedmiotu zamówienia w formie ulotek lub katalogów opracowanych przez producenta w języku polskim lub angielskim.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-31, Faks: (12) 658-10-61
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351379886

Pytanie 28
Czy Zamawiający przystosuje istniejącą instalację tlenu medycznego poprzez wyprowadzenie instalacji „na zewnątrz" do przyłączenia przewoźnego zbiornika ciekłego tlenu?
Odpowiedź: Przystosowanie instalacji do przyłączenia przewoźnego zbiornika leży po stronie zamawiającego.

Pytanie 29
Czy mając na uwadze bezpieczeństwo obsługi urządzeń ciśnieniowych, Zamawiający wymaga zaoferowania gazów z grupy 3, poz. 1, 9 i 10 w butlach z zaworem posiadającym: dźwignię włącz/wyłącz umożliwiającą szybkie odcięcie gazu, bez dodatkowych strat, manometr pozwalający ocenić stan napełnienia butli bez przepływu gazu, zawór RPV zapewniający zachowanie ciśnienia resztkowego i zabezpieczający przed zanieczyszczeniami, ergonomiczny uchwyt i korpus ochronny ułatwiające manewrowanie i użytkowanie butli?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania gazów w butlach z zaworem umożliwiającym szybkie odcięcie gazu, manometrem, zaworem RPV.

Pytanie 30
Czy w grupie 3, poz. 14, 15, powietrze syntetyczne ma mieć skład 21% O2, 79% N2, wilgoć≤67 ppm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania powietrza syntetycznego o składzie: O_2 – 21%, N_2 – 79% i wilgoci mniejszej lub równej 67ppm.

Pytanie 31
Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu poz. Nr 4 i 5 (tlen medyczny w butlach ze zintegrowanym zaworem) a co za tym idzie poz. 9. W/w pozycje określają przedmiot zamówienia w sposób, który narusza fundamentalną zasadę określoną w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164) zgodnie z którą: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 32
Czy Zamawiający dopuści zbiornik przewoźny o wysokości całkowitej 2950 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33
Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 3/1 do SIWZ grupa II poz. 12 i 13 – zgodnie z opisem przedmiot zamówienia – charakterystyka Zamawiający określił pojemność zbiorników odpowiednio 6 i 3 tony, natomiast w załączniku nr 3/2 do SIWZ Zamawiający określił w grupie II poz. 4.2 oraz 5.2 pojemności odpowiednio 6000 oraz 3000 litrów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zarówno zbiorniki o pojemności odpowiednio 3 i 6 ton oraz 3000 i 6000 litrów.

Pytanie 34
Prosimy również o wskazanie do jakich celów będzie używany azot ciekły. Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych azot ciekły stosowany w krioterapii jest aktywnym terapeutycznym wyrobem medycznym sklasyfikowanym do klasy IIa, według reguły 9. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.04.2016 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1638,1948,2260) na podmioty lecznicze został nałożony obowiązek używania wyrobów medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że azot ciekły będzie wykorzystywany przez bank komórek do przechowywania materiału genetycznego.

Kierownik
Sekcji ds. Zamówień Publicznych
mgr Robert Kochański