

Kraków, dnia 9 lipca 2018 roku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW


Dotyczy: EZP-271-2-37/2018

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę, montaż uruchomienie i instruktaż rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pracowni rezonansu magnetycznego na potrzeby tworzonego Centrum Urazowego dla Dzieci**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie 1

Punkt: XX : Wyposażenie pracowni/systemu MRI oraz aparatura – przystosowane do pracy w środowisku MR 1,5 T:
Dotyczy pkt. 1.8 – Pytanie 1: Prosimy o sprostowanie odpowiedzi na pytanie: „ Czy Zamawiający dopuści czujnik tlenu w kardiomonitorze wraz z pomiarem gazów i automatycznym wykrywaniem 5 anestetyków?” **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o zaproponowanych parametrach. Tym samym zmienia odpowiedź na pytanie nr 3 zawarte w piśmie z dnia 6 lipca 2018r.**

Kierownik
Sekcji ds. Zamówień Publicznych

mgr Robert Kochański