

Kraków, dnia 13 lipca 2018 roku.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ IV**  
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**Dotyczy: EZP-271-2-37/2018**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę, montaż uruchomienie i instruktaż rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pracowni rezonansu magnetycznego na potrzeby tworzonego Centrum Urazowego dla Dzieci**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

**Pytanie 1**

**Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 35 w piśmie z dnia 06.07.2018r.**

Prosimy o potwierdzenie, iż doszło do omyłki pisarskiej i prawidłowe brzmienie tego punktu powinno być: „Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową  $\geq 64$ ; podać wartość [n].

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę. Zatem Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rezonansu magnetycznego w którym cyfrowe kanały odbiorcze z pełną ścieżką cyfrową nie będą mogły być wykorzystywane jednocześnie w statycznym FoV, pod warunkiem zachowania minimalnej liczby równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową tj. 64. Zamawiający nie zmienia zasad dokonywania oceny w powyższym zakresie.

Kierownik  
Sekcji ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr Robert Kochański