

Kraków, 11.07.2018r.

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**  
**ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków**  
**Tel: 12-658-20-11, Fax: 12-658-10-81**  
**REGON: 351375886 NIP: 679-252-57-95**

**Dotyczy: EZP-271-2-42/2018 (p.1)**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę drobnego sprzętu medycznego – 3 grupy**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3/3 do SIWZ KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Grupa 3 Elektrody EKG.  
W załączeniu poprawiony.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej:

<http://www.szpitalzdrowia.pl/oszpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/>

Kierownik  
Sekcji ds. Zamówień Publicznych  
*Kochański*  
mgr Robert Kochański

**KALKULACJA CENOWA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  
GRUPA 3 - Elektrody EKG**

Załącznik nr 3/3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków  
Nazwa i adres Wykonawcy:.....

L.P	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Orient. zużycie szt. (24 m-ce)	Cena netto opakowania	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto	Pełny numer katalogowy	Producent	Numer i data wazn. świad. dopuszczenia	Klasa wyrobu medycznego
1.	Jednorazowa elektroda dla noworodków z przewodem w kolorach <b>złoty, czerwony, czarny dl. 50 cm</b> końcówka DIN, z samoprzylepnym hydrożelem, podłożem mikroporowatym, kwadratowa, rozmiar <b>23x23 mm</b> , na opakowaniu podanie rozmiaru wyrobu, długości przewodów oraz grafika wyrobu znajdującego się wewnątrz torbki. (tylko pakowana po 3 szt.) <b>Zamienienie: elektroda 23x30mm (tylko pakowana po 3 szt.</b>		<b>60 000</b>									
2.	Elektroda niewidoczna w RTG, pediatryczna HOLLTER/monitoring, na bazie gąbki PE, żel stały, sensor Ag/AgCl, okrągła o średnicy <b>30mm</b> , na opakowaniu podanie rozmiaru wyrobu, jego przeznaczenia oraz grafika wyrobu znajdującego się wewnątrz torbki /elektroda radioprzecierna do CT I MRI, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku/ (pakowana po 50 szt.)		<b>5 000</b>									
				<b>RAZEM</b>								

**Uwaga:**

- poz. 1 – opakowania po 3 szt.
- poz. 2 – opakowania po 50 szt.

Miejscowość, data

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)