

Kraków, 25.09.2018r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

EZP-271-2/58/2018/p-2

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Zamawiający – Uniwersytecki szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **usługę przeglądu technicznego respiratorów SERVO I (EZP-271-2-58/2018)** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów ściśle według standardów producenta respiratorów. Respiratory mają aktualne przeglądy serwisowe. Dane dotyczące aktualnego stanu respiratorów są zawarte w odpowiedziach na pytania 2 i 3.

Pytanie nr 2 i 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaka jest ilość przepracowanych godzin respiratorów wymienionych w SIWZ? Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest rok produkcji wskazanych respiratorów?

Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Odpowiedź w załączonej tabeli nr 1.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający odstąpi od wymogu aktualizacji oprogramowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk.pl

Kierownik
Sekcji ds. Zamówień Publicznych
Robert Kochanowski
mgr Robert Kochanowski