



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 656-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0006039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 361375866

Kraków, dnia 6 września 2018 roku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: EZP-271-2-48/2018

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę mebli i wyposażenia w ramach programu „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie nr 1: Dotyczy Zadanie nr V poz. 31. Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Waga lekarska ze wzrostomierzem jest produktem zgodnym z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych. Produkt ten co jakiś czas powinien podlegać legalizacji. Wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu pozwoli na udział w postępowaniu firmom medycznym, które w swojej ofercie posiadają wyroby medyczne i mają doświadczenie w obrocie takimi wyrobami, a tym samym zostanie zmniejszone ryzyko problemów z późniejszą legalizacją wag oraz ich serwisowaniem. **Odpowiedź: Z uwagi na niemożliwość uwzględnienia proponowanej zmiany w treści ogłoszenia Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 2: Dotyczy Zadania V poz. 39 pkt. 1.1. Prosimy o odpuszczenie urządzenia o wysokości 150 cm – pozostałe wymiary jak w SIWZ. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 3: Dotyczy Zadania V poz. 39 pkt. 1.3. Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej, a także innych materiałów posiadających najlepsze właściwości eksploatacyjne i użytkowe dostosowane do warunków pracy myjni dezynfektorów. Różni producenci posiadają własne rozwiązania technologiczne i w różny sposób realizują te same funkcje użytkowe. Proponowane przez nas rozwiązanie znacznie wydłuża żywotność urządzenia w żaden sposób nie obniżając jego jakości oraz skuteczności procesu mycia i dezynfekcji. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 4: Dotyczy Zadania V poz. 39 pkt. 1.9. Prosimy o urządzenia z elementami grzejnymi poza komorą mycia. Moc elementów grzejnych 3,2kW. Rozwiązanie to gwarantuje taką samą skuteczność mycia i dezynfekcji, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-3. Przy czym w mniejszym stopniu obciąża sieć elektryczną i powoduje niższe zużycie prądu. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 5: Dotyczy Zadanie V poz. 39 pkt. 1.25. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o mocy całkowitej 4 kW. Rozwiązanie to gwarantuje taką samą skuteczność mycia i dezynfekcji, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-3. Przy czym w mniejszym stopniu obciąża sieć elektryczną i powoduje niższe zużycie prądu. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 6: Dotyczy Zadania V poz. 39. Wnosimy o wydzielenie z Zadania V 6 szt. Myjni dezynfektorów (poz. 39) do osobnego pakietu/zadania. Zadanie V obejmuje wyposażenie meblowe i niemedyczne, natomiast myjnie dezynfektory są urządzeniami medycznymi, wymagającymi profesjonalnego montażu i serwisowania. Przyniesie to zamawiającemu znaczną korzyść poprzez zwiększenie konkurencyjności postępowania przy pozyskaniu najwyższej jakości sprzętu medycznego. **Odpowiedź: Odpowiedź: Z uwagi na niemożliwość uwzględnienia proponowanej zmiany w treści ogłoszenia Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz**

Pytanie nr 7: Dotyczy Zadania V poz.39. Prosimy o dopuszczenie myjni o wymiarach: wysokość 1450 mm, szerokość 500 mm, głębokość 500 mm, wielkość tylko nieznacznie odbiega od parametrów podanych przez zamawiającego. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 263, 39-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 638-20-11, Faks: (12) 638-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Sędziectwa
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-798, REGON: 351375886

Pytanie nr 8: Dotyczy Zadania V poz.39. Prosimy o dopuszczenie suszenia konwekcyjnego, suszenie takie nie generuje dużego poboru prądu, nie ma potrzeby wymiany drogich filtrów HEPA i nie obciąża sieci elektrycznej. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 9: Dotyczy Zadania V poz.39. Prosimy o dopuszczenie orurowania z miedzi, miedź ma właściwości bakteriobójcze. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 10: Dotyczy Zadania V poz.39. Prosimy o dopuszczenie nowoczesnej izolacji termicznej o grubości 5 mm, nowoczesne materiały charakteryzują się taką samą izolacyjnością przy mniejszej grubości. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 11: Dotyczy Zadania V poz.39. Prosimy o dopuszczenie myjni z ręcznym otwieraniem i zamykaniem drzwi komory, takie rozwiązanie eliminuje siłowniki, które często ulegają awarii. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 12: Dotyczy Zadania V poz.39. Prosimy o dopuszczenie wytwornicy pary o mocy 3 kW, Proponowana przez nas wytwornica w połączeniu z pozostałymi rozwiązaniami gwarantuje doskonałą dezynfekcję, jednocześnie rozwiązanie takie wiąże się z oszczędnością energii i jest przynajmniej równoważne co do wymogu mocy przetwornicy minimum 4.5 kW. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 13: Dotyczy Zadania V poz.39. Prosimy o dopuszczenie pompy o niższej wydajności. Przepływ wody ustalony na poziomie 400 l/min. Jest wartością arbitralną, nie przekładającą się na realną skuteczność pracy urządzenia. System 10 dysz oraz system rotacyjny nie wymaga dostarczenia takiej ilości wody, a gwarantuje przynajmniej to samo skuteczne mycie oraz dezynfekcję, będą zarazem oszczędniejszy. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 14: Dotyczy Zadania V poz.39. Czy zamawiający oczekuje, aby myjnie wyposażone były w podłogowy czujnik zatrzymujący myjnie w przypadku wycieku wody? Rozwiązanie takie zapobiega zalaniu pomieszczenia przy jakimkolwiek rozszczelnieniu. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 15: Dotyczy Zadania V poz.39. Prosimy o dopuszczenie myjni posiadającej wizualną informację o błędach, akustyczna sygnalizacja może powodować hałas w godzinach nocnych. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 16: Dotyczy Zadania V poz.39. Prosimy o dopuszczenie myjni posiadającej 1 pompę do zmiękczenia wody, nie ma potrzeby stosowania środka myjącego lub dezynfekującego ponieważ dezynfekcja jest termiczna, a ciśnienie wody skutecznie myje utensylia. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 17: Dotyczy LXVI pkt. 1.1. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Prosimy o potwierdzenie, że umywalki/zlewy, baterie, ich dostawa oraz montaż z podpięciem do instalacji wod-kan jest po stronie zamawiającego. Prosimy o wykreślenie /wyłączenie ich parametrów technicznych z postępowania. **Odpowiedź:** Wykonawca zobowiązany jest do montażu w zestawie meblowych dostarczonych przez zamawiającego umywalk, zlewozmywaków i baterii. Podpięcie do instalacji wod-kan po stronie zamawiającego.

Pytanie nr 18: Dotyczy LXVI pkt. 1.12. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Czy zamawiający dopuści listwę aluminiową z naturalnym kolorem aluminium anodowanego, jest ona dopasowana do mebli o korpusach w odcieniach szarości. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wroblecka 26S, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 638.20-11, Faks: (12) 638-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Sędziostwa
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039190
NIP: 679-25-25-796, REGON: 143375886

Pytanie nr 19: Dotyczy LXVIII pkt. 1.1. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Prosimy o potwierdzenie, że umywalki/zlewy, baterie, ich dostawa oraz montaż z podpięciem do instalacji wod-kan jest po stronie zamawiającego. Prosimy o wykreślenie /wyłączenie ich parametrów technicznych z postępowania.
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do montażu w zestawie meblowych dostarczonych przez zamawiającego umywalkę, zlewozmywaków i baterii. Podpięcie do instalacji wod-kan po stronie zamawiającego.

Pytanie nr 20: Dotyczy LXVIII pkt. 1.12. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Czy zamawiający dopuści listwę aluminiową z naturalnym kolorem aluminium anodowanego, jest ona dopasowana do mebli o korpusach w odcieniach szarości. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 21: Dotyczy LXIX pkt. 1.1. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Prosimy o potwierdzenie, że umywalki/zlewy, baterie, ich dostawa oraz montaż z podpięciem do instalacji wod-kan jest po stronie zamawiającego. Prosimy o wykreślenie /wyłączenie ich parametrów technicznych z postępowania.
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do montażu w zestawie meblowych dostarczonych przez zamawiającego umywalkę, zlewozmywaków i baterii. Podpięcie do instalacji wod-kan po stronie zamawiającego.

Pytanie nr 22: Dotyczy LXIX pkt. 1.12. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Czy zamawiający dopuści listwę aluminiową z naturalnym kolorem aluminium anodowanego, jest ona dopasowana do mebli o korpusach w odcieniach szarości. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 23: Dotyczy LXX pkt. 1.1. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Prosimy o potwierdzenie, że umywalki/zlewy, baterie, ich dostawa oraz montaż z podpięciem do instalacji wod-kan jest po stronie zamawiającego. Prosimy o wykreślenie /wyłączenie ich parametrów technicznych z postępowania.
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do montażu w zestawie meblowych dostarczonych przez zamawiającego umywalkę, zlewozmywaków i baterii. Podpięcie do instalacji wod-kan po stronie zamawiającego.

Pytanie nr 24: Dotyczy LXX pkt. 1.12. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Czy zamawiający dopuści listwę aluminiową z naturalnym kolorem aluminium anodowanego, jest ona dopasowana do mebli o korpusach w odcieniach szarości. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 25: Dotyczy LXXI pkt. 1.1. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Prosimy o potwierdzenie, że umywalki/zlewy, baterie, ich dostawa oraz montaż z podpięciem do instalacji wod-kan jest po stronie zamawiającego. Prosimy o wykreślenie /wyłączenie ich parametrów technicznych z postępowania.
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do montażu w zestawie meblowych dostarczonych przez zamawiającego umywalkę, zlewozmywaków i baterii. Podpięcie do instalacji wod-kan po stronie zamawiającego.

Pytanie nr 26: Dotyczy LXXI pkt. 1.12. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Czy zamawiający dopuści listwę aluminiową z naturalnym kolorem aluminium anodowanego, jest ona dopasowana do mebli o korpusach w odcieniach szarości. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 27: Dotyczy LXXII pkt. 1.1. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Prosimy o potwierdzenie, że umywalki/zlewy, baterie, ich dostawa oraz montaż z podpięciem do instalacji wod-kan jest po stronie zamawiającego. Prosimy o wykreślenie /wyłączenie ich parametrów technicznych z postępowania.
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do montażu w zestawie meblowych dostarczonych przez zamawiającego umywalkę, zlewozmywaków i baterii. Podpięcie do instalacji wod-kan po stronie zamawiającego.

Pytanie nr 28: Dotyczy LXXII pkt. 1.12. – Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem jednokomorowym z bateriami stojącymi. Czy zamawiający dopuści listwę aluminiową z naturalnym kolorem aluminium anodowanego, jest ona



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowie.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000039390
NIP: 679-23-25-795, REGON: 35137586

dopasowana do mebli o korpusach w odcieniach szarości. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 29: Dotyczy XIII pkt. 1.5. Krzesło z oparciem (powierzchnia zmywalna). Czy zamawiający wyraża zgodę na odstępstwa w podanych wymiarach w zakresie: wysokość całkowita 810 mm, szerokość krzesła 529 mm, głębokość krzesła 550 mm. Zmiana parametrów w wymiarach pozwoli na uzyskanie jednakowej stylistyki produktowej w połączeniu z wymaganymi ławkami 2,3,4 i 5 osobowymi. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 30: Dotyczy XIX pkt. 1.1. – Fotel jezdny z regulowaną wysokością i oparciem pokrycie zmywalne. Jakiego rodzaju podłokietnik ma posiadać wymagane krzesło. Podłokietnik stały wykonany z miękkiego poliuretanu czy podłokietnik regulowany góra-dół również z nakładką wykonaną z miękkiego poliuretanu. Wybór rodzaju podłokietnika ma wpływ na cenę produktu. **Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania fotela ze stałym podłokietnikiem.**

Pytanie nr 31: Dotyczy XX pkt. 1.1. – Wersalka wypoczynkowa rozkładana z pojemnikiem na pościel. Czy wersalka powinna posiadać podłokietniki? Parametr ma wpływ na powierzchnię spania. **Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania wersalki z podłokietnikami.**

Pytanie nr 32: Dotyczy XX pkt. 1.2. – Wersalka wypoczynkowa rozkładana z pojemnikiem na pościel. Rozkładanie typu „wersalka” tzn. położenie oparcia oraz siedziska do pozycji poziomej (rozłożonej) spowoduje, że powierzchnia spania – będzie to suma wymiaru wysokości oparcia (900 mm) oraz głębokości siedziska (850 mm) czyli ok. 1750 mm x 1970 mm. Czy zamawiający potwierdza rozkładanie typu wersalka dopuszczając zmianę powierzchni spania wynikającą z konstrukcji mebla? Powyższe dotyczy wersji bez podłokietników. **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wymiarach powierzchni spania uwzględniającej konstrukcję mebla.**

Pytanie nr 33: Dotyczy XX pkt. 1.2. – Wersalka wypoczynkowa rozkładana z pojemnikiem na pościel. Czy wspomaganie rozkładania dotyczy mechanizmu typu wersalka, czy zamawiający miał na myśli rozkładanie typu sofa czyli ponosząc siedzisko opada ono płynnie podtrzymywane przez użytkownika rozkładając się do przodu, a w miejsce siedziska opuszczane (składane) jest oparcie sofy/wersalki? **Odpowiedź: Zamawiający wymaga wspomaganie rozkładania typu wersalka.**

Pytanie nr 34: Dotyczy XXI pkt. 1.2. – Fotel wypoczynkowy. Czy zamawiający dopuszcza w produkcie podłokietnik wykonany ze staliża metalowego malowanego na kolor alu z tapicerowaną miękką nakładką, takie rozwiązanie wydłuża użytkowanie poprzez wyeliminowanie uszkodzeń mogących łatwo powstać w przypadku elementu drewnianego. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 35: Dotyczy XXI pkt. 1.4 – Fotel wypoczynkowy. Czy zamawiający dopuści wymiary fotela: szerokość – 640 mm, głębokość – 840 mm, wysokość – 760 mm. Wymiary fotela są tak dostosowane aby zapewniały maksymalny komfort siedzenia. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 36: Dotyczy XXII pkt. 1.3. – Zestaw mebelków dla dzieci, stolik oraz 6 krzesełek. Wysokość stolika 600 mm nie pozwoli na wjechanie wózkem inwalidzkim pod blat. Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu. **Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania stolika o wysokości 600 mm i dopuszcza możliwość zaoferowania stolika o wysokości umożliwiającej wjechanie wózkem inwalidzkim.**

Pytanie nr 37: Dotyczy XXII pkt. 1.4. – Zestaw mebelków dla dzieci, stolik oraz 6 krzesełek. Lakier na sklejce jest rozwiązaniem bardzo podatnym na uszkodzenia nawet przy mało intensywnym użytkowaniu, czy zamawiający dopuści krzesła ze sklejki pokrytej bardzo odpornym materiałem typu CPL/HPL? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 38: Dotyczy XXII pkt. 1.8. – Zestaw mebelków dla dzieci, stolik oraz 6 krzesełek. Odchylane do tyłu nóżki (stelaż)krzesła ze stopkami tworzywowymi mają funkcję utrudniającą bujanie się dzieci, natomiast nie zapobiegają w 100% w żadnym krześle przewrócenia przy nadmiernym przechyleniu krzesła – prosimy o zmianę zapisu na „ ... jako element



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039196
NIP: 679-25-25-795, REGON: 35137586

utrudniający bujanie się przez dzieci." **Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje siwz w powyższym zakresie zgodnie z sugestią wykonawcy.**

Pytanie nr 39: Dotyczy XXII pkt. 1.10. – Zestaw mebelków dla dzieci, stolik oraz 6 krzesełek. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający rozumie przez zapis możliwość sztaplowania krzeseł po 4 szt. w słupku. **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pytanie nr 40: Dotyczy XLII pkt. 1.2. – Regał magazynowy malowany proszkowo. Czy zamawiający dopuści regał o wymiarach 1990x800x590 mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 41: Dotyczy XLV pkt. 1.6. – Stolik okolicznościowy duży. Ze względu na duży blat (1800x800 mm) czy zamawiający będzie oczekiwał stelaża (4 x noga połączona belkami/trawersami), ażeby stół był stabilny i bezpieczny w użytkowaniu? Przykręcenie 4 nóg bezpośrednio do blatu spowoduje obwisanie blatu oraz ryzyko wyłamania nogi/nóg ze względu na niestabilną konstrukcję. **Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania stołu o bezpiecznej i stabilnej konstrukcji.**

Pytanie nr 42: Dotyczy XLVI pkt. 1.2. – Stolik okolicznościowy mały. Czy zamawiający dopuści stół o wysokości 750 mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 43: Dotyczy XLVI pkt. 1.5. – Stolik okolicznościowy mały. Czy zamawiający będzie wymagał stelaża (4 x noga połączona belkami/trawersami), ażeby stół był stabilny i bezpieczny w użytkowaniu? Przykręcenie 4 nóg bezpośrednio do blatu spowoduje obwisanie blatu oraz ryzyko wyłamania nogi/nóg ze względu na niestabilną konstrukcję. **Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania stołu o bezpiecznej i stabilnej konstrukcji.**

Pytanie nr 44: Dotyczy XLVIII pkt. 1.6. – Ława okolicznościowa. Czy zamawiający dopuści połączenie podpór (nóg) spinaczem z płyty meblowej, znacznie poprawi to stabilność oraz estetykę mebla. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 45: Dotyczy LII pkt. 1.1. – Blat pod cztery stanowiska komputerowe podparty na czterech szafkach z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuszcza blat dzielony – nie istnieją w produkcji płyty meblowe pozwalające na uzyskanie takiej długości blatu bez podziału. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 46: Dotyczy LII pkt. 1.5. – Blat pod cztery stanowiska komputerowe podparty na czterech szafkach z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuści szafkę o wysokości 725 mm, która pozwoli uzyskać wysokość całkowitą stanowiska 750 mm. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 47: Dotyczy LII pkt. 1.2. – Blat pod cztery stanowiska komputerowe podparty na czterech szafkach z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuści wykonanie szafki z płyty o grubości 18 mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 48: Dotyczy LIII pkt. 1.1. – Blat pod trzy stanowiska komputerowe podparty na trzech szafkach z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuszcza blat dzielony – nie istnieją w produkcji płyty meblowe pozwalające na uzyskanie takiej długości blatu bez podziału. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**

Pytanie nr 49: Dotyczy LIII pkt. 1.5. – Blat pod trzy stanowiska komputerowe podparty na trzech szafkach z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuści szafkę o wysokości 725 mm, która pozwoli uzyskać wysokość całkowitą stanowiska 750 mm. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.**



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019390
NIP: 679-35-25-795, REGON: 351375886

Pytanie nr 50: Dotyczy LIII pkt. 1.2. – Błat pod trzy stanowiska komputerowe podparty na trzech szafkach z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuści wykonanie szafki z płyty o grubości 18 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 51: Dotyczy LIV pkt. 1.1. – Błat pod dwa stanowiska komputerowe podparty na dwóch szafkach z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuszcza blat dzielony – nie istnieją w produkcji płyty meblowe pozwalające na uzyskanie takiej długości blatu bez podziału.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 52: Dotyczy LIV pkt. 1.5. – Błat pod dwa stanowiska komputerowe podparty na dwóch szafkach z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuści szafkę o wysokości 725 mm, która pozwoli uzyskać wysokość całkowitą stanowiska 750 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 53: Dotyczy LIV pkt. 1.2. – Błat pod dwa stanowiska komputerowe podparty na dwóch szafkach z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuści wykonanie szafki z płyty o grubości 18 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 54: Dotyczy LV pkt. 1.1. – Błat pod jedno stanowisko komputerowe podparty stałej szafce z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Prosimy o podanie rozmiaru ostatecznego - blat o długości 2400 mm konstrukcyjnie podparty musi być przynajmniej dwiema szafkami, ażeby był stabilny i nie ugiął się pod własnym ciężarem – czy zamawiający oczekuje takiego rozwiązania?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania blatu wspartego na jednej stałej szafce oraz nogach okrągłych chromowanych.

Pytanie nr 55: Dotyczy LV pkt. 1.1. – Błat pod jedno stanowisko komputerowe podparty stałej szafce z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuszcza blat dzielony – nie istnieją w produkcji płyty meblowe pozwalające na uzyskanie takiej długości blatu bez podziału.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 56: Dotyczy LV pkt. 1.2. – Błat pod jedno stanowisko komputerowe podparty stałej szafce z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuści wykonanie szafki z płyty o grubości 18 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 57: Dotyczy LV pkt. 1.1. – Błat pod jedno stanowisko komputerowe podparty stałej szafce z szufladami zamykanymi na klucz – rozstaw do ustalenia. Czy zamawiający dopuści szafkę o wysokości 725 mm, która pozwoli uzyskać wysokość całkowitą stanowiska 750 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 58: Dotyczy LX pkt. 1.7. – Szafa typu I. Czy zamawiający dopuści dolny wieniec schowany za drzwiami. Nie ma to wpływu na walory techniczne mebla.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 59: Dotyczy LX pkt. 1.8. – Szafa typu I. Czy zamawiający dopuści dolny wieniec z płyty 18 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 60: Dotyczy LX pkt. 1.11. – Szafa typu I. Czy zamawiający oczekuje, ażeby stopki posiadały regulację poziomu od wewnątrz szafy poprzez wieniec dolny? Brak możliwości regulacji całą stopką ze względu na dużą wagę szafy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 31-663 Kraków
Tel centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-83
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375866

Pytanie nr 61: Dotyczy LXI pkt. 1.7. – Szafa typu II. Czy zamawiający dopuści dolny wieniec z płyty 18 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 62: Dotyczy LXI pkt. 1.6. – Szafa typu II. Czy zamawiający dopuści dolny wieniec schowany za drzwiami. Nie ma to wpływu na walory techniczne mebla. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 63: Dotyczy LXI pkt. 1.10. – Szafa typu II. Czy zamawiający oczekuje, ażeby stopki posiadały regulację poziomu od wewnątrz szafy poprzez wieniec dolny? Brak możliwości regulacji całą stopką ze względu na dużą wagę szafy. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 64: Dotyczy LX. Szafa typu I. Czy zamawiający dopuści szafę z plecami HDF gr. 3mm? **Odpowiedź:** Nie.

Pytanie nr 65: Dotyczy LXI. Szafa typu II. Czy zamawiający dopuści szafę z plecami HDF gr. 3mm? **Odpowiedź:** Nie.

Pytanie nr 66: Dotyczy LXII pkt. 1.6. – Szafa aktowa. Czy zamawiający dopuści dolny wieniec schowany za drzwiami. Nie ma to wpływu na walory techniczne mebla. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 67: Dotyczy LXII pkt. 1.7. – Szafa aktowa. Czy zamawiający dopuści dolny wieniec z płyty 18 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 68: Dotyczy LXII pkt. 1.10. – Szafa aktowa. Czy zamawiający oczekuje, ażeby stopki posiadały regulację poziomu od wewnątrz szafy poprzez wieniec dolny? Brak możliwości regulacji całą stopką ze względu na dużą wagę szafy. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 69: Dotyczy Zadania I. Prosimy o potwierdzenie, że do miejsca montażu paneli nadłóżkowych będzie doprowadzona niezbędna instalacja (gazowa, elektryczna, teletechniczna). **Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że do miejsc montażu zostanie doprowadzona niezbędna instalacja.

Pytanie nr 70: Dotyczy Zadania I. Czy zamawiający dopuści gniazda gazów medycznych równoważne do MC70 zgodnie z normą PN EN ISO 9170-1:2009? **Odpowiedź:** Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71: Dotyczy Zadania I. Czy zamawiający potwierdza, że w pozycji 1.4 tabeli nastąpiła omyłka pisarska i chodzi o jednostki zaopatrzenia medycznego zgodnie z aktualną normą PN EN ISO 111197:2016? **Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 72: Dotyczy Zadania I. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy w ofercie należy wycenić po 48 kpl. Każdego osprzętu (dozowniki, ssaki) dla każdego panelu czy stanowiska czy dla całej oferty ogólnie 48 kpl.? **Odpowiedź:** Ilości wymienione w pkt. 1.6 dotyczą całego zamówienia tzn. dla całej oferty.

Pytanie nr 73: Czy zamawiający dopuści dozowniki tlenowe zamiast 0-6 l/min z przepływem 0-5 l/min? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 74: Dotyczy Zadania I. Prosimy o wyjaśnienie czy wymagane dozowniki mają być wyposażone w wielorazowy sterylizowany nawilżacz? **Odpowiedź:** Tak, zamawiający wymaga zaoferowania dozowników wyposażonych w sterylizowany nawilżacz.

Pytanie nr 75: Dotyczy Zadania I. Czy zamawiający dopuści inny typ pojemników wielorazowych wraz z dedykowanymi wkładami jednorazowymi np. SERES? **Odpowiedź:** Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Władcyka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Pskk: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000050390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351370886

Pytanie nr 76: Dotyczy Zadania I. W związku z wymaganiem przez zamawiającego certyfikacji instalacji sieci strukturalnej prosimy o informację czy po stronie dostawcy paneli jest dostawa uniwersalnego gniazda teleinformatycznego 1xRJ45 kat. 6A czy tylko otworowanie pod wskazany modle gniazd teletechnicznych? **Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć po 2 gniazda na każde stanowisko łóżkowe. Dwa otwory mają być zaślepione z możliwością wyłamania i włożenia wkładki systemowej przez Zamawiającego (wkładka Zamawiającego).

Pytanie nr 77: Dotyczy Zadania I. Czy dostawca paneli podłącza gniazda oraz wykonuje pomiary konieczne do certyfikacji sieci teletechnicznej czy jest to po stronie dostawcy sieci strukturalnej, który wystawia certyfikat na całą sieć? **Odpowiedź:** Wykonanie podłączenia sieci do gniazd i certyfikacja leży po stronie wykonawcy instalacji a nie dostawcy paneli.

Pytanie nr 78: Dotyczy Zadania I. Prosimy o załączenie rzutów sal gdzie mają być zamontowane panele nadłóżkowe. **Odpowiedź:** Rzuty pomieszczeń zostały udostępnione na stronie internetowej pod adresem <http://bip.usdk.pl/index.php?id=160&p=5018>. Ponadto Zamawiający dodaje wymagania dodatkowe dla paneli: W panelu dla każdego stanowiska łóżkowego należy zastosować oświetlenie nocne realizowane lampą LED o małej mocy, włączane łącznikiem instalacyjnym przy wejściu do pomieszczenia wykonanym wraz z instalacją przez inwestora. W panelu dla każdego stanowiska łóżkowego należy przewidzieć otwór do montażu modułu systemu przywoławczego Schrack Seconet I3-M-SM-B. Moduł dostarcza i zabudowuje inwestor w przygotowanych w panelu otworach wykonanych przez dostawcę paneli. Przed wykonaniem panelu medycznego należy wykonać wizję lokalną każdego pomieszczenia celem określenia miejsca i sposobu podłączenia instalacji elektrycznej, nisko-prądowej i gazów medycznych do panelu medycznego. Przyłącza te zostały wykonane na etapie remontu budynku

Pytanie nr 79: Dotyczy Zadania V poz. 1. Czy zamawiający dopuści kosz posiadający we wnętrzu tworzywowe wiadro bez uchwyty? **Odpowiedź:** Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 80: Dotyczy Zadania V poz. 9. Czy zamawiający dopuści szczołkę stojącą wykonaną ze stali lakierowanej na biało? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 81: Dotyczy Zadania V poz. 28. Czy zamawiający dopuści lodówkę bez zamrażalnika? **Odpowiedź:** Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 82: Dotyczy Zadania V poz. 28. Czy zamawiający dopuści lodówkę bez zamrażalnika o wymiarach zewnętrznych 597x680x1900 mm? **Odpowiedź:** Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 83: Dotyczy Zadania V poz. 28. Czy zamawiający dopuści lodówkę o pojemności całkowitej brutto 361 litrów (254 l chłodziarka, 107 l zamrażalnik). **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 84: Dotyczy Zadania V poz. 28. Czy zamawiający dopuści lodówkę z zamrażalnikiem o wymiarach zewnętrznych 600x615x2000 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 85: Dotyczy Zadania V poz. 29. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę medyczną przystosowaną do zabudowy meblowej bez komory przelotowej. Tego typu lodówki nie występują w wersji przelotowej. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 86: Dotyczy Zadania V poz. 35. Czy zamawiający dopuści kozetkę o wysokości całkowitej 500 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 87: Dotyczy Zadania V poz. 35. Czy zamawiający dopuści kozetkę posiadającą regulowany podglówek za pomocą systemu zapadkowego w szerszym niż wymagany zakresie: od -45° do 45°? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039300
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Pytanie nr 88: Dotyczy Zadania V poz. 37. Czy zamawiający dopuści lodówkę o wymiarach zewnętrznych 597x680x1900 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 89: Dotyczy Zadania V poz. 37. Czy zamawiający dopuści lodówkę bez sygnału optycznego i dźwiękowego w razie awarii? **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania lodówki z sygnalizacją optyczną i dźwiękową w razie awarii.

Pytanie nr 90: Dotyczy Zadania V poz. 37. Czy zamawiający dopuści lodówkę wyposażoną w 6 półek w tym 5 regulowanych? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 91: Dotyczy Zadania V poz. 37. Czy zamawiający dopuści lodówkę posiadającą Deklarację Zgodności? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 92: Dotyczy Zadania V poz. 53. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o podanie ilości? **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania 2 szt.

Pytanie nr 93: Dotyczy Zadania V poz. 65. Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie ilości, wymiarów i konfiguracji. **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania 7 szt. zestawów do budynku „L” oraz 7 szt. zestawów do budynku „N” o konfiguracji jak poniżej (zmieniona w stosunku do pierwotnego zapisu SIWZ):

Dla 6 szt. w budynku „L” oraz 6 szt. w budynku „N”: Trzy moduły: od strony lewej: umywalkowy, wanienkowy do kąpieli niemowląt, przewijania o łącznej długości 2000 mm / +/- 100 mm. Moduł umywalkowy i wanienkowy na szafkach z drzwiami, moduł przewijania na szafce z min.4 szufladami, blat monolityczny.

Dla 1 szt. w bud. „L” oraz 1 szt. w bud. „N”: Trzy moduły: od strony lewej: umywalkowy, przewijania, wanienkowy do kąpieli niemowląt o łącznej długości 2000 mm / +/- 100 mm. Moduł umywalkowy i wanienkowy na szafkach z drzwiami, moduł przewijania na szafce z min.4 szufladami lub szafce z drzwiami i półką, blat monolityczny.

Pytanie nr 94: Dotyczy Zadania V poz. 65. Czy zamawiający dopuści moduł kąpielowy wraz z przewijakiem, na blacie monolitycznym o wymiarze całkowitym 1500x580x900 przy czym moduł kąpielowy ma długość 800 mm, zaś moduł pielęgnacyjny 700 mm? Proponowane stanowisko jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy i występuje w wymaganej konfiguracji prawo lub lewostronnej. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 95: Dotyczy Zadania V poz. 65. Czy zamawiający dopuści umywalkę o wymiarach 400x580x900 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 96: Dotyczy Zadania V poz. 65. Czy zamawiający dopuści stanowisko z blatem monolitycznym (wanienka i przewijak) oraz odrębnym modułem - umywalką? Proponowane rozwiązanie jest znacznie tańsze i bardziej praktyczne od opisanego w wymaganiach siwz. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 97: Dotyczy Zadania V poz. 65. Czy zamawiający dopuści wanienkę z baterią prysznicową z termostatem, ale bez uchwytu łokciowego? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 98: Dotyczy Zadania V poz. 65. Czy zamawiający dopuści stanowisko z blatami w kolorze białym? Kolor blatu nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność stanowiska i znacznie podraża ogólny koszt. Ponadto blaty w różnych kolorach wskazują na konkretnego i jedyne go producenta tego wykonania. Do wyboru natomiast zamawiający ma kolorystykę RAL frontów szafek (20 kolorów). **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039399
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375805

Pytanie nr 99: Dotyczy Zadania V poz. 65. Prosimy o określenie, które moduły mają być wyposażone w szafki, a które w szuflady? Niniejsza informacja jest niezbędna do oszacowania kosztorysu. **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania z ogólnej liczby 50% modułów z szafkami i 50% modułów z szufladami.

Pytanie nr 100: Dotyczy Zadania V poz. 65. Czy zamawiający dopuści stanowisko bez kosza na pieluchy montowanego wewnątrz szafek? Niniejsze rozwiązanie stoi w sprzeczności z wymogami epidemiologicznymi. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 101: Dotyczy Zadania V poz. 65. Czy zamawiający dopuści moduły kąpielowe i umywalki bez półek w środku? Z uwagi na umiejscowienie syfonu w szafce niemożliwe jest zamontowanie 3 półek zachowując ich funkcjonalność. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 102: Dotyczy Zadania V poz. 65. Czy zamawiający odstąpi od wymogu frontów giętych. **Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania przedmiotu zamówienia z frontami giętymi.

Pytanie nr 103: Dotyczy Zadania V poz. 72. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o podanie ilości. **Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje zaoferowania 2 szt.

Pytanie nr 104: Dotyczy Zadania VI poz. 1. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu funkcji: Kontrola przepływu powietrza regulowana poprzez monitorowanie pozycji frontowego okna. Automatyczne zamykanie okna oraz aktywny wlot powietrza - przy otwartym oknie frontowym przepływ powietrza jest prowadzony ku modułom wydmuchu powietrza. Dygestorium nie traci na funkcjonalności ponieważ posiada zoptymalizowane profile przepływu powietrza zwiększające wydajność przepływu oraz przyjemny, bardzo prosty w obsłudze system monitoringu. Dodatkowo chcemy zaznaczyć, iż powyższe funkcje znacząco zwiększają cenę urządzenia. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 105: Dotyczy Zadania II. W pkt. tabeli szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia podana jest ilość 6 szt., a z opisu pkt. 1.12 oraz 1.13 tabeli wynika, że zamawiający wymaga 4 szt. zabudów. Prosimy o doprecyzowanie ilości. **Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje zaoferowania 6 szt. zabudów.

Pytanie nr 106: Dotyczy Zadania II. W związku z przeznaczeniem mebli, czy zamawiający oczekuje ażeby meble posiadały atest higieniczny jako system meblowy? **Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dla systemu meblowego winien być wystawiony atest higieniczny.

Pytanie nr 107: Dotyczy Zadania II. W związku z przeznaczeniem mebli, czy zamawiający oczekuje ażeby blaty typu Corian posiadały atest higieniczny? **Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dla zastosowanych blatów typu Corian winien być wystawiony atest higieniczny.

Pytanie nr 108: Dotyczy Zadania II. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie umywalki i zlewozmywaka z takiego samego materiału co blat w kolorze białym? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 109: Dotyczy Zadania II. Czy zamawiający dopuści ramkę aluminiową o szerokości 18 mm i grubości materiału ok. 2 mm. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 110: Dotyczy Zadania II. Czy zamawiający w przypadku występowania szafy wysokiej w zabudowie z drzwiami przeszkłonymi dopuści podział drzwi na dolne z płyty pełnej, górne drzwi przeszkłone w ramie alu? Drzwi wykonane w całości z ramą alu oraz szkłem będą bardzo ciężkie i niewygodne w użytkowaniu – narażone na uszkodzenie. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-063 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-26-31, Faks: (12) 658-10-82
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa, Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000033390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Pytanie nr 111: Dotyczy Zadania IV poz. VII. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z konstrukcją oraz innych powierzchni lakierowany w kolorze szarym – bez możliwości wyboru innego koloru? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 112: Dotyczy Zadania IV poz. VII. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów, którego całkowita szerokość wynosi 920 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania wózka o szerokości całkowitej nie większej niż 880 mm.

Pytanie nr 113: Dotyczy Zadania IV poz. VII. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów, posiadający szerokość całkowitą 790 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 114: Dotyczy Zadania IV poz. VII. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów posiadający długość całkowitą 2090 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 115: Dotyczy Zadania IV poz. VII. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów z regulacją wysokości leża w zakresie od 570 do 910 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 116: Dotyczy Zadania IV. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że w wierszu 1.5 regulacja leża do pozycji Trendelenburga winna wynosić od 0 do 17 stopni (+/- 5 stopni), a nie jak wskazano od 00 do 170 (+/- 50). **Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza wymóg zaoferowania przedmiotu zamówienia z regulacją w zakresie od 0 do 17 stopni.

Pytanie nr 117: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów bez funkcji przechyłów wzdłużnych. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia bez wymaganej funkcji.

Pytanie nr 118: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów z jedną dźwignią regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną tylko od strony nóg pacjenta? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów z ruchomym segmentem oparcia pleców regulowanym w zakresie od 0 do 65 stopni? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów z ruchomym segmentem oparcia ud regulowanym w zakresie od 0 do 38 stopni? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów z ramą wyposażoną tylko w 4 krążki odbojowe umieszczone na czterech narożach ramy wózka bez krążków w barierach? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów wyposażony w barierki boczne składające się z dwóch poziomych poprzeczek o wysokości 21,5 cm powyżej leża? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów wyposażony w barierki boczne bez listwy odbojowej na całej długości dolnej poprzeczki? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów bez tworzywowej osłony podstawy? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 638-20-11, Faks: (12) 638-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS- 000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 35137586

Pytanie nr 125: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów wyposażony w bariereki boczne opuszczane za pomocą jednego mechanizmu zwalniającego poprzez odciążenie elementu blokującego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów wyposażony w bariereki boczne w których element odblokowujący ich opuszczenie jest w kolorze stałym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów wyposażony w materac o grubości 6 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów posiadający jedną dźwignię blokady kół umieszczoną na całej szerokości podstawy z charakterystycznym oznaczeniem piktogramami prezentującymi dźwignię w pozycji kół zablokowanych oraz odblokowanych, bez wyróżnienia kolorystycznego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów z podstawą osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta oraz z uchwytem umieszczonym pod segmentem oparcia pleców na 3 litrową butlę tlenową z zabezpieczeniem paskiem z zapięciem na rzepy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów z osłoną podwozia zamocowaną na stałe, bez możliwości jej demontażu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów bez nierdzewnych szyn umieszczonych na szczytach wózka do mocowania dodatkowej aparatury?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów wyposażony w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej służące jako uchwyty ułatwiające prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem bez tworzywowych wstawek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów wyposażony w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej służące jako uchwyty ułatwiające prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem mocowane do ramy leża na stałe bez dodatkowych blokad na czas transportu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów bez uchwytu na rolkę na podkłady jednorazowe?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 135: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów którego dopuszczalne obciążenie wynosi 180 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek bez antystatyczności? Wymaganie tego typu rozwiązania w wózku na pranie mija się z celem i znacznie zawyża koszty wyrobu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek tylko z możliwością mycia bez sterylizacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 138: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 100 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 139: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający z racji tego, że wymaga wózka zabiegowego zrezygnuje z półki pod defibrylator? Jest to element przeznaczony typowo dla wózków reanimacyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 638-20-11, Faks: (12) 659-10-83
www: SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa Środkieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000039390
NIP: 679-21-25-795, REGON: 381375886

Pytanie nr 140: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający potwierdza, że oczekuje dla tego wózka prowadnic systemowych w standardzie ISO, formowanych z tworzywa sztucznego bez elementów metalowych i rolek, z możliwością swobodnej wymiany wyposażenia całkowicie szczelnych? Wymaganie to zabezpiecza wózek w czasie mycia i dezynfekcji, a także daje możliwość rekonfiguracji wózka w przyszłości. **Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami opisanymi w siwz.**

Pytanie nr 141: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek bez dodatkowego blatu wysuwanego z boku wózka? **Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie wózka z dodatkowym blatem wysuwanym z boku wózka.**

Pytanie nr 142: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający w związku z tym, że wymaga wózka ze spadkiem i otworem w dolnej półce umożliwiającym odpływ wody podczas mycia, będzie również oczekiwał, aby wózek nadawał się do mycia i dezynfekcji myjkami ciśnieniowymi i w komorach dezynfekcyjnych? **Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wózka, którego mycie i dezynfekcja możliwa będzie w komorach dezynfekcyjnych oraz przy użyciu myjek ciśnieniowych.**

Pytanie nr 143: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający, aby podwyższyć bezpieczeństwo pacjenta i personelu będzie oczekiwał, aby szuflady wózka były wykonane z formowanego tworzywa, całkowicie szczelnego nadającego się do mycia i dezynfekcji, bez elementów metalowych klejonych czy skręcanych? **Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza wymagania.**

Pytanie nr 144: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający potwierdza, że oczekuje dla tego wózka prowadnic systemowych w standardzie ISO, formowanych z tworzywa sztucznego, bez elementów metalowych i rolek, z możliwością swobodnej wymiany wyposażenia, całkowicie szczelnych? Wymaganie to zabezpiecza wózek w czasie mycia i dezynfekcji, a także daje możliwość rekonfiguracji wózka w przyszłości. **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymagania.**

Pytanie nr 145: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 100 mm? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie nr 146: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek bez dodatkowego blatu wysuwanego z boku wózka? **Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie wózka z dodatkowym blatem wysuwanym z boku wózka.**

Pytanie nr 147: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający w związku z tym, że wymaga wózka ze spadkiem i otworem w dolnej półce umożliwiającym odpływ wody podczas mycia, będzie również oczekiwał, aby wózek nadawał się do mycia i dezynfekcji myjkami ciśnieniowymi i w komorach dezynfekcyjnych? **Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wózka, którego mycie i dezynfekcja możliwa będzie w komorach dezynfekcyjnych oraz przy użyciu myjek ciśnieniowych.**

Pytanie nr 148: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający, aby podwyższyć bezpieczeństwo pacjenta i personelu będzie oczekiwał, aby szuflady wózka były wykonane z formowanego tworzywa, całkowicie szczelnego nadającego się do mycia i dezynfekcji, bez elementów metalowych klejonych czy skręcanych? **Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza wymagania.**

Pytanie nr 149: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek bez dodatkowych relingów. **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie nr 150: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 75 mm? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie nr 151: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający dopuści wózek z półkami wykonanymi z płyty HPL o grubości 6 mm? Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego. Określenie płyta laminowana odnosi się do płyt meblowych, które nie nadają się do tego typu zastosowań. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 152: Dotyczy Zadania IV. Czy zamawiający będzie oczekiwał aby wózek opatrunkowy wykonany był z płyty HPL o grubości 6 mm? Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego. Określenie płyta laminowana odnosi się do płyt meblowych, które nie nadają się do tego typu zastosowań. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-79X, REGON: 35137588X

Pytanie nr 153: Dotyczy Zadania IV. W związku z tym, że w opisie stolika typu MAYO zawarty jest opis szafki przyłóżkowej, prosimy o zmianę opisu na prawidłowy i dopuszczenie stolika o następujących parametrach: wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów. Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej OH18N9. Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną. Regulacja wysokości uzyskiwana ręcznie poprzez wysuwaną kolumnę. Zakres regulacji min. Do 950 do 1350 mm. Błat roboczy z wgłębieniem ograniczającym wypadanie przedmiotów o wymiarach około 600x400 mm. Błat z możliwością obrotu o 360 stopni. Podstawa stabilna w kształcie litery T wykonana z prostokątnych profili z trzema kołami z blokadą. Koła o średnicy min. 50 mm. Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty. Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty. Gwarancja min. 24 miesiące. **Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje siwz w powyższym zakresie. Jednocześnie zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika o zaproponowanych parametrach, z zastrzeżeniem żądania dokumentów na etapie składania oferty. Gwarancja min, 24 miesiące.**

Pytanie nr 154: Dotyczy Zadania III. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że w wierszu 1.8 regulacja segmentu oparcia pleców winno odbywać się w zakresie min, od 0 do 60 stopni, a nie jak wskazano od 0 do 600. **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg regulacji segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 60 stopni.**

Pytanie nr 155: Dotyczy Zadania III. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że w wierszu 1.9 regulacja leża do pozycji Trendelenburga winna wynosić min. 8 stopni oraz anty Trendelenburga min. 8 stopni, a nie jak wskazano 80. **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg regulacji w zakresie min. 8 stopni.**

Pytanie nr 156: Dotyczy Zadania III. W odniesieniu do wymogu, aby materiał materaca zgodnie z punktem 1.20 był odporny na przenikanie mikroorganizmów – potwierdzone dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze, posiadał raport z badania wyznaczania odporności przenikania bakterii na mokro. Pragniemy zaznaczyć, że oba dokumenty potwierdzają te same właściwości materaca, a różnica występuje jedynie w nazewnictwie, w związku z tym prosimy o zamawiającego po potwierdzenie, że uznaje za spełniony warunek dla obu w/w punktów w przypadku przedstawienia wydanego przez laboratorium badawcze raportu z badania wyznaczania odporności na przenikanie drobnoustrojów (bakterii) na mokro. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

Pytanie nr 157: Dotyczy Zadania III. Czy zamawiający dopuści łóżeczka dziecięce z regulacją leża w zakresie od 700 do 850 mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 158: Dotyczy Zadania III. Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające osłonę z tworzywową elementów konstrukcyjnych podwozia na całej ich długości i szerokości, zamiast na całej długości i szerokości łóżka? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 159: Dotyczy Zadania III. Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 450 do 800 mm? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia z regulacją leża w zakresie od 450 do 800 mm.**

Pytanie nr 160: Dotyczy Zadania III. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje zaoferowania 7 kompletów poręczy bocznych do 6 szt. łóżek i wskazania nie jest efektem omyłki. **Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 6 kompletów poręczy bocznych.**

Pytanie nr 161: Dotyczy Zadania V. poz. XXXIX. Czy zamawiający dopuści wymiary gabarytowe urządzenia (WxSxG) wynoszące odpowiednio 1320x450x580 mm? Proponowane wymiary nieznacznie odbiegają od wymaganych. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych wymiarach.**

Pytanie nr 162: Dotyczy Zadania V. poz. XXXIX. Czy zamawiający dopuści energooszczędną myjnię wyposażoną w elementy grzejne o mocy mniejszej niż 4.5 kW dostosowanej do konstrukcji urządzenia zapewniającej skuteczne mycie i dezynfekcję? Moc podzespołów powinna zapewniać skuteczne mycie i dezynfekcję. Podana wielkość w żaden sposób nie gwarantuje odpowiedniej wydajności systemu. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**



Pytanie nr 163: Dotyczy Zadania V. poz. XXXIX. Czy zamawiający dopuści myjnię z maksymalnym poziomem hałasu 53 dB? Proponowana głośność nieznacznie odbiega od wymagań. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 164: Dotyczy Zadania V. poz. XXXIX. Czy zamawiający dopuści myjnię o maksymalnej całkowitej mocy urządzenia mniejszej niż 5 kW? Nowoczesne energooszczędne rozwiązania dążą do ograniczenia mocy podzespołów i zapotrzebowania dla całego urządzenia. Zamawiający raczej powinien ograniczać dopuszczalną moc urządzenia. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 165: Dotyczy Zadania V. poz. XXXV. Czy zamawiający dopuści kozetkę lekarską posiadającą długość całkowitą 1970 mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 166: Dotyczy Zadania V. poz. I. Czy zamawiający dopuści kosz na śmieci z wewnętrznym tworzywowym wiadrem bez dodatkowego uchwyty. **Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kosza na śmieci z wewnętrznym tworzywowym wiadrem wyposażonym w uchwyt.**

Pytanie nr 167: Dotyczy Zadania V. poz. I. Czy zamawiający dopuści kosz na śmieci wykonany w całości z metalu? **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 168: Dotyczy Zadania V. poz. I. Czy zamawiający dopuści kosz na śmieci o pojemności 20 l? **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 169: Dotyczy Zadania v. poz. II. Czy zamawiający dopuści wieszak listwowy montowany bezpośrednio do ściany bez dodatkowej płyty? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 170: Dotyczy Zadania V. poz. II. Czy zamawiający dopuści wieszak, w którym na metalowej listwie umieszczone są 2 podwójne wieszaki chromowane? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 171: Dotyczy Zadania V. poz. V. Czy zamawiający dopuści dozownik, którego głębokość z ramieniem dozującym wynosi 200 mm, a samo ramię ma długość 190 mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 172: Dotyczy Zadania V. poz. IX. Czy zamawiający dopuści szczotkę z tubą wykonaną z metalu lakierowanego proszkowo? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 173: Dotyczy Zadania V. poz. XII. Czy zamawiający dopuści krzeselka o maksymalnym obciążeniu do 120 kg? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 174: Dotyczy Zadania V. poz. XII. Czy zamawiający dopuści krzesło wykonane ze stali ocynkowanej lakierowanej. **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 175: Dotyczy Zadania V. poz. XIII. Czy zamawiający dopuści krzesło z tapicerką zmywalną typu skaj? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 176: Dotyczy Zadania V. poz. XIV. Czy zamawiający dopuści krzesła bez możliwości demontażu pulpitów? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wroclicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-80
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000039394
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Pytanie nr 177: Dotyczy Zadania V. poz. XX. Czy zamawiający dopuści wersalkę z prostym mechanizmem rozkładania bez wspomagania tj. wysuwane siedzisko ciągnięte po podłodze, w miejsce którego kładzie się oparcie – mechanizm bez wspomagania uniesienia siedziska. **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 178: Dotyczy Zadania V. poz. XXXII. Czy zamawiający dopuści lampę o natężeniu oświetlenia min. 35000 lux? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 179: Dotyczy Zadania V. poz. XXXII. Czy zamawiający dopuści lampę o żywotności układu min. 30000h? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 180: Dotyczy Zadania V. poz. XXXIII. Czy zamawiający dopuści lampę zabiegową z natężeniem oświetlenia równym 60 000 lux? Jest to wystarczająca wartość dla wykonywania zabiegów chirurgicznych. **Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostawy przedmiotu zamówienia wskazanego w poz. XXXIII.**

Pytanie nr 181: Dotyczy Zadania V. poz. XXXIII. Jaka jest wysokość Sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? **Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostawy przedmiotu zamówienia wskazanego w poz. XXXIII.**

Pytanie nr 182: Dotyczy Zadania V. poz. XXXIII. Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem? **Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostawy przedmiotu zamówienia wskazanego w poz. XXXIII.**

Pytanie nr 183: Dotyczy Zadania V. poz. XXXIII. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy? **Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostawy przedmiotu zamówienia wskazanego w poz. XXXIII.**

Pytanie nr 184: Dotyczy Zadania V. poz. XXXIII. Czy w sali, gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone? **Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostawy przedmiotu zamówienia wskazanego w poz. XXXIII.**

Pytanie nr 185: Dotyczy Zadania V. poz. XXXIII. Jeżeli w sali, gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających? Jeżeli nie, to czy można poprowadzić przewody w korytkach? **Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostawy przedmiotu zamówienia wskazanego w poz. XXXIII.**

Pytanie nr 186: Dotyczy Zadania V. poz. XXVIII. Prosimy o dopuszczenie chłodziarki o następujących parametrach: szafa chłodnicza z drzwiami pełnymi, pojemność całkowita brutto dla chłodziarki 234L, pojemność całkowita brutto zamrażarki 122L, wymiary zewnętrzne 595 x 663 x 1888 mm, układ chłodzenia dynamiczny, zakres temperatur w chłodziarce typowy dla lodówek kuchennych z regulacją dodatkowa komora mroząca w dolnej części, wnętrze tworzywowe w kolorze białym, drzwi bez samozamykacza, sygnał optyczny i dźwiękowy w razie awarii, automatyczne odszranianie, 3 półki z regulacją, 2 szuflady tworzywowe, osobny zamrażalnik w dolnej części lodówki. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 187: Dotyczy Zadania V. poz. XXVIII. Czy zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę laboratoryjną o pojemności całkowitej brutto 361 L, wymiarach 600 x 615 x 2000 mm, zakresem temperatur +3 do +16 st. C? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 188: Dotyczy Zadania V. poz. XXVIII. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę bez zamrażalnika w dolnej części lodówki. **Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zaoferowania chłodziarki z zamrażalnikiem.**

Pytanie nr 189: Dotyczy Zadania V. poz. XXVIII. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 360 L? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 190: Dotyczy Zadania V. poz. XXVIII. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 600 x 615 x 1840 mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**



Pytanie nr 191: Dotyczy Zadania V. poz. XXIX. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę nieprzelotową przystosowaną do zabudowy meblowej spełniającej pozostałe wymagane parametry? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 192: Dotyczy Zadania V. poz. XXXVII. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę z drzwiami pełnymi? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 193: Dotyczy Zadania V. poz. XXXVII. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę ze sterowaniem mechanicznym? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 194: Dotyczy Zadania V. poz. XXXVII. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę z drzwiami bez funkcji samodomykania? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 195: Dotyczy Zadania V. poz. XXXVII. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o wysokości 1840 mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 196: Dotyczy Zadania V. poz. XLIX. Czy zamawiający dopuści blat biurka wykonany z płyty gr. 18 mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 197: Dotyczy Zadania V. poz. XLIII. Czy zamawiający dopuści centralkę na dwa środki chemiczne z dwoma uchwytami na butelki z chemią? **Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostawy w/w pozycji.**

Pytanie nr 198: Dotyczy Zadania V. poz. XLIV. Czy zamawiający dopuści zmywarkę o konstrukcji jednowarstwowej bez izolacji. W nowoczesnych zmywarkach nie ma potrzeby stosowania dodatkowego wygłuszenia i izolacji. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 199: Dotyczy Zadania V. poz. XLIV. Czy zamawiający dopuści zmywarkę o wydajności 30 koszy na godzinę? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 200: Dotyczy Zadania V. poz. XLIV. Czy zamawiający dopuści zmywarkę o maksymalnej średnicy/wysokości naczyń 320mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 201: Dotyczy Zadania V. poz. XLIV. Czy zamawiający dopuści zmywarkę z dwoma parami ramion myjących i płuczących góra i dół, gdzie ramię myjące wykonane jest ze stali nierdzewnej, a ramię płuczące z lekkiego kompozytu? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 202: Dotyczy Zadania V. poz. XLIV. Czy zamawiający dopuści zmywarkę bez termostatu bezpieczeństwa oraz zaworu zwrotnego na zasilaniu? Obecnie stosuje się czujniki elektroniczne i nie ma potrzeby stosowania tego typu rozwiązań. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 203: Dotyczy Zadania V. poz. LXV. Czy zamawiający dopuści zestawy do przewijania niemowląt składające się z dwóch części, pierwszej o długości 1605 mm z blatem monolitycznym z żywicy polimerowej i drugiej jako dodatkowy zestaw meblowy w pozostałej długości dopasowany do stanowiska z blatem postformingowym i szafkami pod nim? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 204: Dotyczy Zadania V. poz. XXXVI. Czy zamawiający dopuści stanowiska do pobrań, które na oparciu pleców i siedzisku posiada tapicerkę z widocznymi przeszyciami na krawędziach łączących materiał tapicerski? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 205: Dotyczy Zadania V. poz. XXXVIII. Czy zamawiający dopuści zasłonę/parawan posiadający poprzeczkę wykonaną ze stali lakierowanej? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.**



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039394
NIP: 679-25-25-795, REGON: 251375886

Pytanie nr 206: Dotyczy Zadania V. poz. XXXVIII. W celu właściwego skalkulowania cen, zwracamy się z prośbą o udostępnienie planów/ rysunków technicznych pomieszczeń, w których będą instalowane zasłony/parawany. **Odpowiedź:** Rzuty pomieszczeń zostały udostępnione na stronie internetowej zamawiającego od dnia 3 sierpnia 2018r.

Pytanie nr 207: Dotyczy Zadania V. poz. XXXVIII. Prosimy o potwierdzenie, że długość poprzeczki wskazana w pkt. 1.3 winna wynosić min. 900 – 1200 mm, która będzie spójna z szerokością zasłon wskazaną w pkt. 1.4. **Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza wymaganie.

Pytanie nr 208: Dotyczy Zadania V. poz. XXXVIII. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zasłone/ parawan posiadający zasłonę płócienną bez atestu PPOŻ dla materiału trudnopalnego. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 209: Dotyczy Zadania V. poz. XL. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek sprzątający bez odbojów? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 210: Dotyczy Zadania V. poz. XL. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek sprzątający wyposażony w dwa wiaderka o pojemności 6 L z pokrywami zamiast wiaderek o pojemności 20 L? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 211: Dotyczy Zadania V. poz. XL. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek sprzątający z jednym uchwytem do worków na śmieci o pojemności 120 L? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 212: Dotyczy Zadania V. poz. XLI. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na odpady dwukomorowy wykonany z kształtowników prostokątnych z zaoblonymi bezpiecznymi krawędziami? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 213: Dotyczy Zadania V. poz. LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVIII. Czy zamawiający dopuści profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie bez dodatkowego malowania? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 214: Dotyczy Zadania V. poz. LXXIII, LXXIV, LXXV. Czy zamawiający dopuści wykonanie frontów mebli z płyty meblowej melaminowej o klasie higieniczności E1? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 215: Dotyczy Zadania V. poz. LXXIII, LXXIV Zestaw zawiera miejsce pod dwie lodówki medyczne, ze względu na konstrukcję szkieletową meble muszą posiadać wypełnienie z płyty o gr. 18 mm (mdf lub płyta melaminowa), czy zamawiający dopuści takie rozwiązanie? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 216: Dotyczy Zadania V. poz. LXXIX. Czy zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w jedną półkę? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 217: Dotyczy Zadania V. poz. LXXXI. Czy zamawiający dopuści zwykły stolik okolicznościowy na nodze metalowej talerzowe, o wymiarach 60 x 60 x 75 cm? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 218: Dotyczy Zadania V. Czy zamawiający dopuści zastosowanie płyty na blaty robocze gr. 18 mm zamiast 25 mm? **Odpowiedź:** Tak pod warunkiem zachowania sztywności konstrukcyjnej całości mebli.

Pytanie nr 219: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zawartego w rozdziale VI pkt. 10 ppkt. e) tj. dołączenia do oferty kart katalogowych dla wyposażenia meblowego, gdyż zgodnie z informacjami zawartymi w tabelach technicznych zamawiający wymaga, aby ostateczną konfigurację oraz układ mebli został wykonany na etapie po ustaleniach z ich



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 31-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Orzeczenie rejestrowe: Sąd rejonowy dla Krakowa-Spódzienia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000039190
NIP: 679-25-25-795, REGON: 141375866

użytkownikiem. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że asortyment opisany w tabelach nie posiada przypisanych numerów pomieszczeń, tak więc oferent nie jest w stanie na etapie składania oferty dopasować konkretnych mebli do danego pomieszczenia. W związku z tym, prosimy o potwierdzenie, że niezobowiązujący jest wymóg, aby wykonawca na etapie składania oferty zawarł w załączonych tabelach technicznych numery stron z kart katalogowych na których zawarte są wskazane parametry. **Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu żądania kart katalogowych (broszur) na etapie składania oferty i zmienia postanowienia rozdziału VI SIWZ oraz postanowienia zawarte pod tabelami technicznymi.**

Pytanie nr 220: Czy zamawiający dopuści, aby karty katalogowe przedstawiające realny wygląd mebla oraz konfigurację przedstawiane były zamawiającemu do akceptacji dopiero po ostatecznych ustaleniach z użytkownikiem oraz pomiarach z natury, których wymagają właśnie zapisy w tabelach technicznych. W związku z tym, prosimy o potwierdzenie, że niezobowiązujący jest wymóg, aby wykonawca na etapie składania oferty zawarł w załączonych tabelach technicznych numery stron z kart katalogowych na których zawarte są wskazane parametry. **Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu żądania kart katalogowych (broszur) na etapie składania oferty i zmienia postanowienia rozdziału VI SIWZ oraz postanowienia zawarte pod tabelami technicznymi.**

Pytanie nr 221: Zwracamy się z prośbą, aby dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt. 10 były przedkładane zamawiającemu przez wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona, na wezwanie zamawiającego wraz z dokumentami wymienionymi w rozdziale VI pkt. 5. W związku z tym, prosimy o potwierdzenie, że niezobowiązujący jest wymóg, aby wykonawca na etapie składania oferty zawarł w załączonych tabelach technicznych numery stron z kart katalogowych na których zawarte są wskazane parametry. **Odpowiedź: Zamawiający dokumentów na etapie składania oferty i zmienia postanowienia rozdziału VI SIWZ oraz postanowienia zawarte pod tabelami technicznymi.**

Pytanie nr 222: Z uwagi na bardzo dużą ilość pozycji asortymentowych zwracamy się z prośbą o usunięcie z formularza ofertowego - zał. nr 2 do SIWZ pkt. 4 – odnoszącego się do wskazania wg jakiej normy został wykonany przedmiot zamówienia. **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 223: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody, aby termin realizacji dla dostawy mebli i wyposażenia wraz z montażem dla budynków L, M, LN wynosił min. 8 tygodni od daty zawarcia umowy, pod uwagę prosimy wziąć fakt, że termin realizacji wyznaczono na dzień 15.11.2018r., a termin składania ofert upływa 31.08.2018r., zatem czas niezbędny na wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy może zostać krytycznie ograniczony, co może skutkować niewywiązaniem się w terminie ze zobowiązań określonych przyszłą umową przy bardzo szerokim asortymencie. **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 224: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści łóżko dziecięce z leżem jednosegmentowym, co jest podyktowane bezpieczeństwem pacjenta? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 225: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści łóżko dziecięce o konstrukcji zwartej, podstawa i nogi połączone są ze szczytami łóżka (brak kolumn)? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 226: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści łóżko dziecięce o szerokości całkowitej 91,2 cm? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 227: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści łóżko dziecięce o długości całkowitej 171,2 cm? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 228: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści łóżko dziecięce z regulacją wysokości leża w zakresie 78,6-95,9 cm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 229: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści łóżko dziecięce z Trendelenburgiem 7,5° i anty – Trendelenburgiem 7,5°? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000059390
NIP: 679-25-25-793, REGON: 35337586

Pytanie nr 230: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści łóżko dziecięce z leżem o wymiarach 74 x 140 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 231: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści łóżko dziecięce bez wstawek ozdobnych w barierkach bocznych? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 232: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści łóżko dziecięce z dostępem do pacjenta z boku łóżka z dwóch stron? **Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 233: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści łóżko dziecięce z leżem wypełnionym metalową siatką? **Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 234: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy biorąc pod uwagę pkt. 1.17 opisu parametrów technicznych łóżka zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pojemnik tworzywowy (31 litrowy) wsuwany/wysuwany pod leże na prowadnicach (z jednej strony) oraz tworzywową pojemnik (wiadro 11 litrowe) z możliwością jego schowania pod leże? **Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 235: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści w łóżku dziecięcym materac o parametrach równoważnych? **Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 236: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich pozycji asortymentowych w danym zadaniu pod rygorem odrzucenia oferty.

Pytanie nr 237: Prosimy o wskazanie jaki asortyment ma być dostarczony do dnia 15.11.2018r.? **Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w powyższym terminie w następujących ilościach:

- Poz. I – łóżko dziecięce 2 segmentowe – 21 szt.;
- Poz. II – łóżko szpitalne 4 segmentowe dla młodzieży – 27 szt.;
- Poz. III – łóżko szpitalne 4 segmentowe – 42 szt.;
- Poz. IV – łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości – 3 szt.;
- Poz. V – szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 72 szt.;
- Poz. VI – szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego – 21 szt.;

Pytanie nr 238: Dotyczy Zadania III. poz. II Czy zamawiający dopuści łóżko z główną konstrukcją wykonaną z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 239: Dotyczy Zadania III. poz. II Czy zamawiający dopuści łóżko z zewnętrzną ramą, co w żaden sposób nie utrudnia dostępu do pacjenta? **Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 240: Dotyczy Zadania III. poz. II Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 241: Dotyczy Zadania III. poz. II Czy zamawiający dopuści łóżko o wymiarach całkowitych 92,5 x 193 cm? ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 242: Dotyczy Zadania III. poz. II Czy zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 225 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 243: Dotyczy Zadania III. poz. II Czy zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 102,5 x 213 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 656-20-11, Faks: (12) 656-10-82
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000009390
NIP: 679-25-25-798, REGON: 351375886

Pytanie nr 244: Dotyczy Zadania III. poz. II. Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją podudzia w zakresie 0-20°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 245: Dotyczy Zadania III. poz. II. Czy zamawiający dopuści łóżko ze szczytami metalowymi pokrytymi chromem z wypełnieniem z płyty HPL? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 246: Dotyczy Zadania III. poz. II. Czy zamawiający dopuści w łóżku materac o parametrach równoważnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 247: Dotyczy Zadania III. poz. III. Czy zamawiający dopuści łóżko z główną konstrukcją wykonaną z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 248: Dotyczy Zadania III. poz. III. Czy zamawiający dopuści łóżko z zewnętrzną ramą, co w żaden sposób nie utrudnia dostępu do pacjenta? **Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 249: Dotyczy Zadania III. poz. III. Czy zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 225 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 250: Dotyczy Zadania III. poz. III. Czy zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 102,5 x 213 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 251: Dotyczy Zadania III. poz. III. Czy zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 90 cm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 252: Dotyczy Zadania III. poz. III. Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją podudzia w zakresie 0-20°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 253: Dotyczy Zadania III. poz. III. Czy zamawiający dopuści łóżko ze szczytami metalowymi pokrytymi chromem z wypełnieniem z płyty HPL? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 254: Dotyczy Zadania III. poz. III. Czy zamawiający dopuści w łóżku materac o parametrach równoważnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 255: Dotyczy Zadania III. poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko z główną konstrukcją wykonaną z profili stalowych o przekroju 4 x 2,5 cm? **Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 256: Dotyczy Zadania III. poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi z polipropylenu? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 257: Dotyczy Zadania III. poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko z segmentem pleców wypełnionym płytą HPL oraz pozostałymi segmentami leża wypełnionymi płytami tworzywowymi z polipropylenu? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 258: Dotyczy Zadania III. poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko z segmentem podudzia o długości 530 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 259: Dotyczy Zadania III. poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 870 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 268, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Srodmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039300
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Pytanie nr 260: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 38-81 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 261: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko z autoregresją oparcia pleców 9 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 262: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko ze szczytami metalowymi lakierowanymi proszkowo z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu HPL?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 263: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko bez akumulatora?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 264: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji elektrycznych bądź za pośrednictwem pilota przewodowego, bądź za pośrednictwem panelu centralnego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 265: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej obudowy podwozia, co w przypadku tego rodzaju łóżka jest parametrem zbędnym (brak w podstawie kabli, sterowników, które należy osłaniać)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 266: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 99 x 215 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 267: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko dziecięce z Trendelenburgiem 16° i anty – Trendelenburgiem 16°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 268: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 80 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 269: Dotyczy Zadania III. poz. IV. Czy zamawiający dopuści w łóżku materac o parametrach równoważnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 270: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 760-1060 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 271: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z zatrzaskiem magnetycznym zamiast mechanizmu samodomykającego się?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 272: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z przestrzenią pomiędzy szufladą, a skrzynią dolną o wysokości 17,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 273: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z zatrzaskiem magnetycznym zamiast mechanizmu samodomykającego się?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 274: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z przestrzenią pomiędzy szufladą, a skrzynią dolną o wysokości 17,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000029390
NIP: 679-23-25-795, REGON: 351375665

Pytanie nr 275: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z boczną wypraską o głębokości 10,8 cm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 276: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wypraską z boku szafki podzieloną na część dolną (wys. 443 mm) z miejscem na butelki i górną (240 mm) na mniejsze rzeczy? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 277: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z tworzywową wypraską z boku szafki podzieloną na dwie części, z których każda posiada po jednym przęciu? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 278: Dotyczy Zadania III poz. I, II, III, IV. Czy zamawiający dopuści materace z pokrowcem z materiału, którego nie można prasować i który można dezynfekować zalecanymi przez producenta materiału środkami zawierającymi chlor? **Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 279: Czy zamawiający uzna dozowniki łokciowe na mydło i środek dezynfekujący z ramieniem dozującym o długości 100 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 280: Czy zamawiający uzna szczotki do WC stalowe malowane na biało oraz kosze metalowe zamiast tworzywowych? **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 281: Dotyczy Zadania V poz. XXIX. Czy zamawiający uzna lodówkę medyczną o wymaganych parametrach ale nieprzystosowaną do zabudowy? **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 282: Dotyczy Zadania V poz. LXXII. Prosimy o określenie ilości. **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania 1 szt. zestawu.

Pytanie nr 283: Czy zamawiający dopuści załączenie kart katalogowych zaoferowanych urządzeń bez wszystkich parametrów oferowanych przez wykonawcę? **Odpowiedź:** Karty katalogowe należy złożyć zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 219 i 220.

Pytanie nr 284: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o podstawie wspartej na nogach łóżka będących przedłużeniem szczytów? **Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 285: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o długości całkowitej 1600 mm +/- 10 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 286: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o wysokości całkowitej 1500 mm +/- 10 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 287: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o wysokości leża regulowanej w zakresie od 505 do 805 mm +/- 10 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 288: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy w punkcie 1.8 i 1.9 tabeli dotyczących regulacji segmentu oparcia pleców i możliwości manualnej regulacji leża w zakresie ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga zostało przez pomyłkę wpisane 0 zamiast °? **Odpowiedź:** Tak. Prawidłowe wartości wynoszą 8°.

Pytanie nr 289: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o wymiarach 1335 x 658 mm +/- 10 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.



Pytanie nr 290: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne mechanizmem ręcznym bezpiecznym dla dziecka? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**

Pytanie nr 291: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza łóżko, w którym poręcze boczne są dodatkowo wyposażone w ozdobne wstawki z płyty HPL o wymiarach (wys. 830 x szer. 170 mm)? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 292: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza łóżko, w którym po opuszczeniu poręczy bocznej jest dostęp do pacjenta z jednej strony? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**

Pytanie nr 293: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 294: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w jeden pojemnik plastikowy na rzeczy pacjenta zawieszony i montowany pod leżem na prowadnicach z możliwością wysunięcia z obu stron łóżka? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 295: Dotyczy Zadania III. poz. I. Czy zamawiający dopuszcza łóżko bez kosza z siatki stalowej lakierowanej na całej długości powierzchni pod leżem na rzeczy pacjenta montowany do ramy podstawy łóżka? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**

Pytanie nr 296: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza materac o gęstości 30-35 kg/m³? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 297: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza materac o gęstości materiału pokrowca 150 g/m³ +/- 15 g/m³? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 298: Dotyczy Zadania III poz. I. Czy zamawiający dopuszcza materac, którego pokrowca nie wolno prasować natomiast wszystkie pozostałe parametry związane z jego czyszczeniem są zgodne ze specyfikacją techniczną zamawiającego? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**

Pytanie nr 299: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuszcza łóżko wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

Pytanie nr 300: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z ramą zewnętrzną skonstruowaną w ten sposób, że ułatwia dostęp do pacjenta jak również schłodzenie pacjentów z łóżka? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**

Pytanie nr 301: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuszcza łóżko zaopatrzone w narożach w obrotowe krążki odbojowe o średnicy 60 mm? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**

Pytanie nr 302: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2110 mm +/- 10 mm? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**

Pytanie nr 303: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej 985 mm +/- 10 mm? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-84
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 35137588

Pytanie nr 304: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej 930 mm +/- 10 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 305: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o stałej wysokości leża 550 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 306: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o kącie nachylenia uda w zakresie od 0° do 35°? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 307: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o kącie nachylenia podudzia w zakresie od 0° do 20°? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 308: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuszcza materac o gęstości 30-35 kg/m³? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 309: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuszcza materac o gęstości materiału pokrowca 150 g/m³ +/- 15 g/m³? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 310: Dotyczy Zadania III poz. II. Czy zamawiający dopuszcza materac, którego pokrowca nie wolno prasować natomiast wszystkie pozostałe parametry związane z jego czyszczeniem są zgodne ze specyfikacją techniczną zamawiającego? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 311: Dotyczy Zadania III poz. III. Czy zamawiający dopuszcza łóżko wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 312: Dotyczy Zadania III poz. III. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z ramą zewnętrzną skonstruowaną w ten sposób, że ułatwia dostęp do pacjenta jak również schłodzenie pacjentów z łóżka? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 313: Dotyczy Zadania III poz. III. Czy zamawiający dopuszcza łóżko zaopatrzone w narożach w obrotowe krążki odbojowe o średnicy 60 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 314: Dotyczy Zadania III poz. III. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o długości całkowitej 2110 mm +/- 10 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 315: Dotyczy Zadania III poz. III. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o stałej wysokości leża 550 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 316: Dotyczy Zadania III poz. III. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o kącie nachylenia uda w zakresie od 0° do 35°? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 317: Dotyczy Zadania III poz. III. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o kącie nachylenia podudzia w zakresie od 0° do 20°? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 318: Dotyczy Zadania III poz. III. Czy zamawiający dopuszcza materac o gęstości 30-35 kg/m³? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-83
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000019390
NIP: 679-25-795 REGON: 141375896

Pytanie nr 319: Dotyczy Zadania III poz. III. Czy zamawiający dopuszcza materac o gęstości materiału pokrowca $150 \text{ g/m}^3 \pm 15 \text{ g/m}^3$? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 320: Dotyczy Zadania III poz. III. Czy zamawiający dopuszcza materac, którego pokrowca nie wolno prasować natomiast wszystkie pozostałe parametry związane z jego czyszczeniem są zgodne ze specyfikacją techniczną zamawiającego? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 321: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z ramą zewnętrzną skonstruowaną w ten sposób, że ułatwia dostęp do pacjenta jak również schłodzenie pacjentów z łóżka? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 322: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej $2110 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 323: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o długości segmentu podudzia 580 mm ? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 324: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o wymiarach leża $2000 \times 900 \text{ mm}$? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 325: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza łóżko o wysokości minimalnej leża $410 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 326: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza łóżko bez autoregresji oparcia pleców? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 327: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z autoregresją oparcia pleców 90 mm ? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 328: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie 17° obustronnie? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 329: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z wbudowanym zasilaniem awaryjnym pozwalające na wykonanie trzech pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 330: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza łóżko bez osłon tworzywowych elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 331: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza łóżko zaopatrzone w narożach w obrotowe krążki odbojowe o średnicy 60 mm ? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 332: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza materac o gęstości $30\text{-}35 \text{ kg/m}^3$? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 333: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza materac o gęstości materiału pokrowca $150 \text{ g/m}^3 \pm 15 \text{ g/m}^3$? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-063 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa, Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000039390
NIP: 679-25-25-793, REGON: 351375886

Pytanie nr 334: Dotyczy Zadania III poz. IV. Czy zamawiający dopuszcza materac, którego pokrowca nie wolno prasować natomiast wszystkie pozostałe parametry związane z jego czyszczeniem są zgodne ze specyfikacją techniczną zamawiającego? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 335: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o wymiarach blatu głównego 430 x 430 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 336: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o wymiarach blatu bocznego 550 x 340 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 337: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o wysokości 800 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 338: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o szerokości 430 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 339: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o głębokości 430 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 340: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o regulacji wysokości blatu bocznego w zakresie 730 – 1000 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 341: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuszcza szafkę z przechyłem bocznym blatu bocznego jednostopniowym 30°? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.

Pytanie nr 342: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuszcza szafkę z blatem bocznym nie wyposażonym w ranty z płyty HPL o wysokości min. 1 cm, natomiast zabezpieczone w inny sposób przed zsuwaniem się przedmiotów przy przechylenie blatu? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 343: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuszcza szafkę z przestrzenią dolną zamykaną drzwiczkami o wysokości 355 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 344: Dotyczy Zadania III poz. V. Czy zamawiający dopuszcza szafkę z możliwością wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z min. 6 kolorów? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 345: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o wymiarach blatu głównego 430 x 430 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 346: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o wysokości 800 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 347: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o szerokości 430 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 348: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o głębokości 430 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000029390
NIP: 670-25-25-795, REGON: 361375886

Pytanie nr 349: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuszcza szafkę wyposażoną w boczną wnękę nie wypełnioną tworzywową wypraską? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**

Pytanie nr 350: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuszcza szafkę wyposażoną w boczną wnękę bez podziału na dwie części? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**

Pytanie nr 351: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuszcza szafkę z boczną wnęką wyposażoną w jeden metalowy pręt zabezpieczający przed wypadnięciem rzeczy? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**

Pytanie nr 352: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuszcza szafkę wyposażoną w boczną wnękę w której zmieszczą się dwie butelki o pojemności 2 L? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania opisane w siwz.**

Pytanie nr 353: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuszcza szafkę wyposażoną w drzwiczki bez mechanizmu samodomykania się? **Odpowiedź: Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 273.**

Pytanie nr 354: Dotyczy Zadania III poz. VI. Czy zamawiający dopuszcza szafkę z przestrzenią dolną zamykaną drzwiczkami o wysokości 355 mm +/- 5 mm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o zaproponowanych parametrach.**

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, stosując się do dyspozycji przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający wprowadza do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmiany uwzględniające powyższe odpowiedzi na zapytania otrzymane od wykonawców.

Kierownik
Sekcji ds. Zamówień Publicznych
Robert Kochański
mgr Robert Kochański