# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-83
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351376886


Kraków, dnia 20.02.2019 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: EZP-271-2-2/2019 pismo 2**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę pomp insulinowych - 4 zadania w ramach świadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci" na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 1:**
**Dotycz: Zadanie 1, 2**
Czy w związku z tym, że w **Rozdziale X SIWZ w punkcie 3 -Zawartość Oferty-Próbki, pkt.4** znajduje się wymóg próbek, Zamawiający zgodzi się na wykorzystanie w tym celu egzemplarza będącego już w posiadaniu Zamawiającego i dostarczonego jako próbki podczas poprzednich postępowań?
Do pakietu 1 i 2 będzie wykorzystany ten sam model pompy MMT-754 VEO, którego próbka jest w posiadaniu Szpitala. Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie tej próbki do dwóch w/w pakietów bez konieczności dosyłania drugiej.
**Odpowiedź:**
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2**
**Dotyczy: KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
**Zadanie 3 i 4**
Czy do powyższych zadań (3 i 4) Zamawiający dopuści system pompy insulinowej z Ciągłym Monitorowaniem Glikemii bez hipoblokady jako dodatkowo punktowany (30 pkt) w cenie pompy insulinowej bez monitorowania glikemii?
Czy w przypadku wyrażenia zgody, Zamawiający zrezygnuje z zapisu w w/w zadaniach z punktów o brzmieniu:
**Odpowiedź:**
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody .**

„Możliwość sterowania funkcjami pompy za pomocą pilota, programowanie bolusów, dawki podstawowej, tymczasowej, zatrzymanie pompy i jej uruchomienie, przegląd danych z pamięci pompy."
**Odpowiedź:**
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody .**

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk.pl

ZATWIERDZAM
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Andrzej Bałaga