



Kraków, dnia 21.02.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: EZP-271-2-95/2018 pismo 2

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę zestawów do drenażu i osłonek na narzędzia chirurgiczne – 2 zadania na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: Zadanie nr 1

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w zadaniu równoważnych zestawów do drenażu klatki piersiowej o następujących parametrach technicznych:

- zestaw zwarty, kompaktowy, procujący w trybie drenażu czynnego lub biernego
- wyskalowana komora zbiorcza 2250 ml
- skala pomiarowa/podziałka co 5 ml do 450ml
- mechaniczna sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła (komora mechanicznej regulacji siły ssania) w zakresie od 0 do 45 cm H₂O z dodatkowym wskaźnikiem harmonijkowym informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- wskaźnik i skala wielkości przecieku doopłucnowego (komora przecieku doopłucnowego)
- innowacyjna niskooporowa mechaniczna wahadłowa sucha zastawka jednokierunkowa z zaworem wychyłowym (odpowiednik zastawki podwodnej)
- dodatkowa specjalna pompka (gruszka) ssąca informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację małych ilości powietrza i płynu z jamy opłucnej
- port bezigłowy do pobrania próbki z komory na wydzielinę
- samouszczelniający dren do pacjenta, przezroczysta ściana czołowa
- automatyczne zawory bezpieczeństwa regulujące i wyrównujące poziom wysokiego ciśnienia dodatniego oraz ujemnego
- zestaw sterylny, pakowany podwójnie

Zestaw SINAPI BIOMEDICAL, który chcemy Państwu zaoferować jest obecnie stosowany (w wersji z mniejszą komorą na wydzielinę) na Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Państwa szpitalu.


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk.pl

ZATWIERDZAM


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Andrzej Bałaga