



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Kraków, dnia 13.03.2019r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

EZP-271-2/78/2018/p-1

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **Dostawę odczynników do izolacji i oznaczania poziomu wirusów CMV, EBV, BKV, HHV6, HHV7, HHV8, HSV1, HSV2, VZV, RSV, hMPV oraz adenowirusów w oparciu o metodę amplifikacji kwasu nukleinowego (real – time PCR) wraz z dzierżawą aparatu do amplifikacji kwasu nukleinowego metodą real-time PCR, znak sprawy: EZP-271-2-78/2018** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

I. Działając na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. o zamówieniach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579) w związku z uczestnictwem w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawę odczynników do izolacji i oznaczania poziomu wirusów CMV, EBV, BKV, HHV6, HHV7, HHV8, HSV1, HSV2, VZV, RSV, hMPV oraz adenowirusów w oparciu o metodę amplifikacji kwasu nukleinowego (real – time PCR) wraz z dzierżawą aparatu do amplifikacji kwasu nukleinowego metodą real-time PCR”
EZP-271-2/78/2018

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dotyczy rozdziału IV pkt. 2 SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy zamówień jednostkowych, na max 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy rozdziału X pkt. 3 SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty metodyk/ informacji producenta w j. polskim w formie elektronicznej na płycie CD i złożenie oświadczenia o zgodności z oryginałem dokumentów znajdujących się na płycie CD lub czy zgodzi się na załączenie dokumentów w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej stronie z uwagi na obszerność dokumentacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do umowy załącznik nr 1 do SIWZ

3. §2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Przedmiot umowy będzie dostarczany do Zamawiającego sukcesywnie, każdorazowo na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego pisemnie (e-mailem) pod adresy Wykonawcy, o których mowa w niniejszej umowie. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi na żądanie Zamawiającego przyjęcie zamówienia do realizacji przesyłając potwierdzenie pod adres podany w zamówieniu jednostkowym.”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamówienia jednostkowe będą składane na nr fax lub adres e-mail Wykonawcy podany w umowie (zał. nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy) w pkt DANE KONTAKTOWE STRON / ADRESY DO DORECZEŃ.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestracyjny: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351325886

4. §2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku zwłoki w terminie dostawy, określonym w § 2 ust. 5 lub dostawy przedmiotu umowy w ilości lub jakości niezgodnej z wymaganiami, Zamawiający, uprawniony będzie do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy i dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej dostawy na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy wyższej ceny związanej z zakupem interwencyjnym wyrobów medycznych, ponadto Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z zapisem § 6 umowy. Każdorazowy zakup interwencyjny zmniejsza maksymalną wartość umowy o wartość tego zakupu. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tego tytułu.”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. §4 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu nie wcześniej, niż z dostawą przedmiotu umowy, którego faktura dotyczy. Na fakturach wykonawca zobowiązany jest zamieszczać numer niniejszej umowy. Zamawiający akceptuje wystawianie i przysyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej w postaci pliku „pdf”. Wykonawca będzie przysyłać faktury elektroniczne na adres email:”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. §5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. §6 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od niezrealizowanej części umowy, a nie jak dotychczas od wartości całego kontraktu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. §6 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% wartości brutto niezrealizowanej dostawy;” ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

9. §6 ust. 1 lit b – Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej dostawy;”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

§6 ust. 1 lit.B załącznika nr 1 do SIWZ istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:

„§6ust. 1 lit.B

B/ w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej dostawy;

10. §6 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wywiązaniu się z obowiązku o którym mowa w §3 ust. 5 (wymiana wadliwego przedmiotu umowy), jednak nie więcej niż 5% tej kwoty.”? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego z uwagi na fakt, iż w jego ocenie liczenie kary umownej od wartości brutto całego kontraktu będzie stanowiło wypełnienie kryterium niewspółmierności kary do dokonanego przewinienia umownego tj. opóźnienia w wymianie wadliwego produktu.



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 638-20-11, Faks: (12) 638-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Wykonawca zauważa, iż w przypadku określenia wartości umowy jako 1 mln zł brutto kara za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu umowy będzie wynosiła ok. 5.000,00 zł. W związku z powyższym prosimy o modyfikację postanowienia umownego, w taki sposób aby kara umowna była naliczana od wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. §6 ust. 1 lit c – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 1% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wywiązaniu się z obowiązku o którym mowa w §3 ust. 5 (wymiana wadliwego przedmiotu umowy), jednak nie więcej niż 5% tej kwoty.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

§6 ust. 1 lit.c załącznika nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:

„C/ w wysokości 1% kwoty brutto reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wywiązaniu się z obowiązku o którym mowa w §3 ust. 5 (wymiany wadliwego przedmiotu umowy), jednak nie więcej niż 5% tej kwoty.

12. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania do umowy załącznik nr 1a do SIWZ

13. §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W razie wystąpienia wad, usterek lub innych trudności w sprawnym funkcjonowaniu URZĄDZENIA w zakresie jego pełnych funkcjonalności, DZIERŻAWCA obowiązany jest natychmiast powiadomić WYDZIERŻAWIAJĄCEGO a WYDZIERŻAWIAJĄCY obowiązany jest na własny koszt wadę, usterkę usunąć w terminie 72 godzin w dni robocze od powiadomienia, a na czas naprawy przekraczający 72 godziny w dni robocze podstawić URZĄDZENIE zastępcze o porównywalnych parametrach technicznych i funkcjonalności. W razie braku możliwości podstawienia na czas naprawy URZĄDZENIA zastępczego WYDZIERŻAWIAJĄCY jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko do przeprowadzenia badań z powierzonych materiałów w innych laboratoriach albo pokrycia kosztów wykonania tych badań zleconych przez DZIERŻAWCĘ osobie trzeciej, według wyboru DZIERŻAWCY.”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. **Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3/1 do SIWZ, tabela 1, pozycja 5:**

Czy Zamawiający może doprecyzować ilości oznaczeń wirusów: HHV6,7,8? Czy podana ilość 580 oznaczeń dotyczy ilości oznaczeń dla wszystkich wirusów łącznie czy dla każdego z osoba? Czy zamawiający może doprecyzować ilość wymaganych oznaczeń dla każdego z wymienionych wirusów oddzielnie?

Odpowiedź:

HHV6 – 280 testów, HHV7 – 230 testów, HHV8 – 70 testów.

Liczba 580 dotyczy oznaczeń łącznie wirusów: HHV6,7 oraz 8.

2. **Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3/1 do SIWZ, tabela1, pozycja 6:**

Czy Zamawiający może doprecyzować ilości oznaczeń wirusów: HSV1,HSV2,VZV? Czy podana ilość 288 oznaczeń dotyczy ilości oznaczeń dla wszystkich wirusów łącznie czy dla każdego z osoba? Czy zamawiający może doprecyzować ilość wymaganych oznaczeń dla każdego z wymienionych wirusów oddzielnie?



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrali: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Odpowiedź:

Liczba 288 dotyczy oznaczeń wirusów HSV1, HSV2 oraz VZV łącznie.

3. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3/1 do SIWZ, tabela 1, pozycja 5:

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie kompletnego zestawu do oznaczeń wirusów CMV, HHV6, 7, 8 oraz oddzielnych mieszanek reakcyjnych dla wirusów HHV6, HHV7 oraz HHV8 stanowiących uzupełnienie w/w zestawu w ilościach wskazanych przez zamawiającego w punkcie 5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jeśli mieszanki reakcyjne spełniają postanowienia umowy.

4. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3/1 do SIWZ, tabela 1, pozycja 1 i 5:

W związku z tym, że w ofercie Wykonawcy znajduje się kompletny produkt zawierający w opakowaniu odczynnik do ilościowego oznaczania DNA CMV (pozycja 1) w ilości 90 oznaczeń oraz odczynnik do oznaczania zestawu wirusów: CMV oraz HHV6, 7, 8 (pozycja 5) w ilości odpowiednio 90, 30, 10 i 10 oznaczeń, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 opakowań po 90 oznaczeń CMV oraz uzupełnienie brakującej ilości testów produktem z pozycji 5, zawierającym testy do oznaczania CMV (90 oznaczeń) oraz HHV 6 (30 oznaczeń), HHV7 (10 oznaczeń), HHV8 (10 oznaczeń)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, ale tylko w sytuacji gdy nie jest możliwe dostarczenie produktu z pozycji 1, tabela 1, załącznik nr 3/1 do SIWZ.

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zamawiający wprowadza następującą zmianę :

W Zał. nr 3/1 do SIWZ Tabela nr 1 poz. 5 zmienia się nazwę testu z HHV6,7,8 na CMV HHV6,7,8

5. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3/1 do SIWZ, tabela 1, pozycja 7 i 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu w formie duplikatu umożliwiającego oznaczanie wirusów RSV i hMPV jednocześnie w ilościach wskazanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

6. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3/2 do SIWZ, tabela 4, punkt 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do oznaczeń ilościowych zawierających kontrolę wewnętrzną reakcji PCR wspólna dla wszystkich oferowanych testów, z wyjątkiem testu do oznaczania jakościowego wirusów RSV/hMPV, który w swoim składzie posiada kontrolę pozytywną oraz negatywną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

7. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3/2 do SIWZ, tabela 4, punkt 7:

Czy Zmawiający dopuści zapis „W badaniach ilościowych dla wirusów CMV, EBV, BKV, HHV6 powinna być możliwość jednoczesnego podawania wyniku w jednostkach międzynarodowych – IU/ml, po uprzednim wyznaczeniu przez laboratorium niezbędnego do tego indywidualnego współczynnika konwersji w oparciu o międzynarodowe standardy WHO. Wyniki ilościowych oznaczeń wszystkich wirusów muszą być wyrażane w kopiach/ml?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

8. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3/2 do SIWZ, tabela 4, punkt 20:

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Wykonawca zobowiązany jest do naprawy awarii aparatu w ciągu 72h w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii oraz ponownej kalibracji aparatu” ?



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3/2 do SIWZ, tabela 6, punkt 6:

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością detekcji fluorescencji w 5 kanałach i źródłem światła w postaci pojedynczej lampy halogenowej?

Odpowiedź:

TAK

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający zmienia parametr wymagany w Zał. nr 3/2 do SIWZ -Tabela nr 6 poz. 6 na:

„Aparat ma możliwość detekcji fluorescencji w 5 kanałach z źródłem światła w postaci pojedynczej lampy halogenowej”.

10. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3/2 do SIWZ, tabela 6, punkt 11:

Czy Zamawiający dopuści zapis „Czas reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

III. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

Pytania do umowy załącznik nr 1a do SIWZ

1. §1 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„WYDZIERŻAWIAJĄCY (Wykonawca) oddaje w dzierżawę na okres 36 miesięcy, dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez DZIERŻAWCĘ (Zamawiającego):

a) aparato wartości.....nr seryjny.....rok produkcji..... zwany dalej „URZĄDZENIEM”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

2. §1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

IV. Zapytania do SIWZ, Sprawa EZP-271-2/78/2018

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ

1.(§ 6 ust. 1 pkt A) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kary od wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ

Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu,



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000639390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę (...).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający w zał. nr 1a do SIWZ Istotne postanowienia umowy – dzierżawa, wprowadza następującą zmianę:

§5 WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wartość maksymalną umowy dla celów zamówienia publicznego na kwotę netto:.....zł, podatek VATzł, brutto:zł.

W cenie netto zawarte są koszty ubezpieczenia aparatu przez okres trwania umowy dzierżawy”.

V. Zwracamy się z następującymi pytaniami odnośnie postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji numer 7 (RSV) i pozycji numer 8 (hMPV) do osobnego pakietu a dla pozostałych pozycji zgodzi się na:

- zestawy posiadające różne konstrukty kontroli wewnętrznych ale z możliwością użycia tylko jednej kontroli wewnętrznej przy oznaczaniu kilku różnych patogenów;
- zestaw CMV zwalidowany na materiał: osocze, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, BAL, mocz, wymazy, ślina, sperma;
- zestaw podwójny różnicujący BKV i JCV zwalidowany na materiał: osocze, krew pełna, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy;
- zestaw podwójny różnicujący HHV6 i HHV7 zwalidowany na materiał: osocze, surowica, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, BAL;
- zestaw HHV8 zwalidowany na materiał: osocze, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, ślina;
- zestaw podwójny różnicujący HSV1 i HSV2 zwalidowany na materiał: osocze, krew pełna, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy;
- zestaw VZV zwalidowany na materiał: osocze, surowica, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy;
- zestaw ADV zwalidowany na materiał: osocze, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymazy, aspirat, mocz.

Jednocześnie czy Zamawiający zgodzi się na aparat w pełni zwalidowany z zaproponowanymi odczytnikami ale o innej specyfikacji niż ujęta w Warunkach Granicznych, tj. m.in.:

- większym zakresie objętości reakcyjnych, tj. 5-100 µl;
- 4 kanałami detekcji (testy, które chce zaproponować Wykonawca wymagają 3 kanałów detekcji);
- źródłem światła w postaci trwałych lampy LED.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11. Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa, Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000039390
NIP: 629-25-25-795, REGON: 351375888

UWAGA:

Zamawiający zmienia termin składania ofert i otwarcia ofert.

Nowy termin :

składanie ofert: 18.03.2019r. godz. 12:45

otwarcie ofert: 18.03.2019r. godz. 13:00

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga